

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Název veřejné zakázky:

Dodávka přístrojového vybavení – mycí a dezinfekční automaty, vyvíječ páry – Prokládací myčka pro CS Litomyšlské nemocnice

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

V souladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vymezuje níže zadavatel **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku přístrojového vybavení.

Položka veřejné zakázky:

Prokládací myčka pro CS Litomyšlské nemocnice – 1 ks

Technické parametry

- Prokládací mycí a dezinfekční automat
- Dvoudvéřové provedení
- Certifikace dle normy EN ISO 15883-1 s elektrickým ohřevem
- Dopředu výklopné dveře
- Max. celkový příkon 10 kW
- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
- Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické včetně speciálního programu pro mytí silně znečištěného instrumentária s použitím peroxidu vodíku
- Přístroj s termickou a chemotermickou dezinfekcí dle vyhl. 306/2012 sb.
- Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
- Filtrace mycího roztoku
- Mycí prostory vybavené nejméně dvěma nerezovými mycími rameny
- Blokace dveří během mycího cyklu
- Mycí prostor o kapacitě 10 mycích DIN sít standardní velikosti
- Možnost použití automatické identifikace programu magnetickým kódem u mycích košů
- Komunikace v ČJ
- Výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC
- SW pro vzdálený servisní monitoring, pro archivaci a tisk protokolů na stávajícím uživatelském PC, SW kompatibilní se stávající sterilizační technikou BMT
- Boiler pro předehřátí demi vody
- Elektronické, mikroprocesorové volně programované řídicí jednotky – min. 50 programů
- Dvě výkonná oběhová čerpadla o minimálním výkonu 300 a 400 l/min
- Základová, nerezová vana součástí dodávky
- Vestavěný výkonný horkovzdušný sušící agregát s výkonem min. 250/450 m³/hod a s HEPA filtry min. H 13

- Displej min. pro zobrazení doby programu a chybových hlášení
- 10 ks mycích sít
- 1 ks mycí koš na síta
- Mycí a dezinfekční detergenty pro rozjezd provozu
- Výška max. 245 cm (včetně vany), šířka max. 100 cm a hloubka max. 80 cm

Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).
- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.
- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.
- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.