

Příloha č. 7

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

veřejná zakázka

**„ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2017“
a „ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2018“**

Zadavatel:

sídlem:	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,
IČ:	Pardubice, Průmyslová 450, PSČ 530 03
Zapsaná v OR:	69172196
	zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
	v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 715,
zastoupena:	MUDr. Igor Paar, ředitel

Zadavatel bude požadovat dodání 10 kusů nových monitorů životních funkcí – defibrilátorů, které budou splňovat následující technické parametry:

Popis konstrukčních požadavků a funkcí:

- modulární systém – oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor, patientský modul, defibrilátor/kardiostimulátor
- bifázická technologie výboje, min. 200 J
- přehledná barevná obrazovka/displej s velikostí min. 8", s vysokým rozlišením, dobrou viditelností za ztížených světelných podmínek a s minimálně 4 zobrazenými křivkami
- integrovaný analyzátor SpCO a SpO2
- defibrilace přes dospělé i dětské defibrilační nalepovací elektrody v sazebníku ZP a hrazeny jako ZUM
- funkce poloautomatické externí defibrilace (AED mód) vč. protokolu dle ERC směrnice 2015 s možností pozdějšího upgrade zevní kardiostimulace
- plnohodnotné 12-ti svodové EKG
- záznam 12-ti svodového EKG na obrazovce a možný přímý tisk na termopapír, šíře tisku 100 mm, tisk min. 6-ti svodů současně
- datový přenos 12-ti svodového EKG na kardiologické katetrizační pracoviště v Pardubicích, v Hradci Králové a v Olomouci
- datový záznam provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje, možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu, příslušný software bude dodán současně s přístrojem, modul telemedicíny – e-mail ve formátu např. PDF
- možnost pozdějšího rozšíření o analýzu SpMet, Temp. event. IBP
- max. hmotnost kompletního přístroje (systému) do 8,5 kg

Monitoring následujících parametrů vitálních funkcí:

- 3/4/12 svodové EKG, SpO2 vč. křivky, SpCO, kapnometrie (EtCO₂) vč. křivky
- NIBP (možnost měření všech věkových kategorií), auto/manuál

Další požadavky na přístroj:

- nabíjení 12V z palubní sítě vozu integrované v držáku přístroje
- certifikovaný bezpečnostní držák přístroje do sanitního vozu
- sada 3 Li-ion zaměnitelných akumulátorů s garantovanou životností min. 2 roky a rychlým nabíjecím cyklem s možností jejich současného použití v přístroji v průběhu nabíjení
- indikátor stavu akumulátoru musí být zobrazen na obrazovce/displeji přístroje
- sada kompletního provozního příslušenství vč. ochranné brašny
- kompletní lokalizace SW a ovládacích prvků v českém jazyce

Všeobecné požadavky na přístroj:

- splnění normy ČSN EN 1789, ochrana proti vodě a prachu IP 54
- návod k použití v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, předložení autorizovaného servisu pro servis, opravy a PBTk po uplynutí záruční doby
- nabídnuté přístroje musí být kompletní a funkční včetně příslušenství
- zadavatel si vyhrazuje možnost vyzvat vybraného dodavatele, aby předvedl nabízený přístroj a prokázal všechny požadované vlastnosti a funkce přístroje
- zadavatel uvádí, že výše uvedené technické podmínky jsou podmínkami minimálními