

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
DIČ: CZ27520536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., člen představenstva

Název veřejné zakázky:

Operační laser pro urologické oddělení Pardubické nemocnice

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

V Pardubicích dne 22. 1. 2019

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené VZMR:

1) V požadavcích je uvedeno Stand –by a ready mod bez nutnosti ovládání obsluhou generátoru. Můžete upřesnit, jak je to myšleno?

U našeho přístroje je ovládání těchto režimů právě z bezpečnostních důvodů na dotykové obrazovce.

Odpověď:

Zadavatel požaduje přepínání mezi stand-by a ready módem odlišným způsobem, než je ovládání obsluhou na generátoru.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz