

## **Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

**Název veřejné zakázky:**

**Matrace pro zdravotnictví 1**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku přístrojového vybavení.

### **Položka VZ: Antidekubitní matrace**

#### **Technické požadavky**

- použití až do IV. stupně dekubitu
- nosnost matrace až 200 kg
- rozměry 200x85 cm, a to včetně podkladové pěnové matrace
- střídavý tlakový systém „cela v cele“
- manuální nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta
- možnost nastavení délky cyklu alternace 10-25 min.
- CRP mód
- možnost nastavení statického módu, alterace, podpory sedu, maximálního nafouknutí
- transport pacienta bez kompresoru po dobu 4 hod.
- 20 odnímatelných cel, 3 cely po hlavou bez alterace
- laserová perforace cel
- kompresor zajištěn signalizací nízkého tlaku, výpadku napájení a potřeby servisu
- matraci lze umístit přímo na ložnou plochu lůžka bez potřeby dalších pomůcek
- snímatelný vrchní potah, paropropustný, voděodolný, antistatický, protiinfekční se zipem ze 4 stran
- potah lze prát na 90 st. C, desinfikovat roztoky plochy

#### **Další podmínky a požadavky**

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).
- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.
- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.
- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.