



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., člen představenstva

Název veřejné zakázky:

Dodávka přístrojového vybavení – vyvíječ páry pro Svitavskou nemocnici – 2. kolo

V Pardubicích dne 4. 3. 2019

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vysvětluje a mění zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel provádí změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

**Zadavatel provádí změnu technického parametru požadovaného v příloze č. 2
Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Původní znění:

- Je požadována konstrukční a materiálová odolnost pro zajištění dlouhodobého bezporuchového provozu (minimálně 20 roků) při vývinu páry z napájecí vody s chemicko-fyzikálními parametry uvedenými v následující tabulce 1 (viz sloupec „Hodnota“):

Tabulka 1. Výstupní voda z reverzní osmózy – vstup do vyvíječe.

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit
rezidua po odpaření	<2	mg/l	max. 10 mg/l
křemičitany	0,3	mg/l	max. 1 mg/l
Fe (železo)	<0,01	mg/l	max. 0,2 mg/l
Cd (kadmium)	<0,00005	mg/l	max. 0,005 mg/l
Pb (olovo)	<0,0001	mg/l	max. 0,05 mg/l
chloridy	<2	mg/l	max. 2 mg/l
fosforečnany	<0,2	mg/l	max. 0,5 mg/l
pH	6,4		5,0 - 7,5
konduktivita	8	μS/cm	max. 5 - 8 μS/cm
tvrdost (suma vápník a hořčík)	<0,02	mmol/l	max. 0,02 mmol/l



Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit
Hg (rtuť)	<0,0002	mg/l	

Tabulka 2. Vstupní předupravená voda do reverzní osmózy

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit
rezidua po odpaření	286	mg/l	max. 10 mg/l
křemičitany	5,8	mg/l	max. 1 mg/l
Fe (železo)	<0,01	mg/l	max. 0,2 mg/l
Cd (kadmium)	<0,00002	mg/l	max. 0,005 mg/l
Pb (olovo)	<0,0001	mg/l	max. 0,05 mg/l
chloridy	8	mg/l	max. 2 mg/l
fosforečnany	<0,2	mg/l	max. 0,5 mg/l
pH	7,6		5,0 - 7,5
konduktivita	444	μS/cm	max. 5 - 8 μS/cm
tvrdost (suma vápník a hořčík)	<0,02	mmol/l	max. 0,02 mmol/l
Hg (rtuť)	<0,0002	mg/l	

Nové znění:

- Je požadována konstrukční a materiálová odolnost pro zajištění dlouhodobého bezporuchového provozu (**minimálně 10 roků**) při vývinu páry z napájecí vody s chemicko-fyzikálními parametry uvedenými v následující tabulce 1 (viz sloupec „Hodnota“):

Tabulka 1. Výstupní voda z reverzní osmózy – vstup do vyvíječe.

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit
rezidua po odpaření	<2	mg/l	max. 10 mg/l
křemičitany	0,3	mg/l	max. 1 mg/l
Fe (železo)	<0,01	mg/l	max. 0,2 mg/l
Cd (kadmium)	<0,00005	mg/l	max. 0,005 mg/l
Pb (olovo)	<0,0001	mg/l	max. 0,05 mg/l
chloridy	<2	mg/l	max. 2 mg/l
fosforečnany	<0,2	mg/l	max. 0,5 mg/l
pH	6,4		5,0 - 7,5
konduktivita	8	μS/cm	max. 5 - 8 μS/cm
tvrdost (suma vápník a hořčík)	<0,02	mmol/l	max. 0,02 mmol/l
Hg (rtuť)	<0,0002	mg/l	

Tabulka 2. Vstupní předupravená voda do reverzní osmózy

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit
rezidua po odpaření	286	mg/l	max. 10 mg/l
křemičitany	5,8	mg/l	max. 1 mg/l



Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit
Fe (železo)	<0,01	mg/l	max. 0,2 mg/l
Cd (kadmium)	<0,00002	mg/l	max. 0,005 mg/l
Pb (olovo)	<0,0001	mg/l	max. 0,05 mg/l
chloridy	8	mg/l	max. 2 mg/l
fosforečnany	<0,2	mg/l	max. 0,5 mg/l
pH	7,6		5,0 - 7,5
konduktivita	444	μS/cm	max. 5 - 8 μS/cm
tvrdost (suma vápník a hořčík)	<0,02	mmol/l	max. 0,02 mmol/l
Hg (rtuť)	<0,0002	mg/l	

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 4. 2019 do 10:00 hod.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz