



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., člen představenstva

Název veřejné zakázky:

Telemetrie pro NPK, a.s. - EKG holtery včetně příslušenství pro kardiologické oddělení

V Pardubicích dne 15. 3. 2019

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vysvětluje a mění zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel upravuje technickou specifikaci v příloze č. 2 ZD Podrobnosti předmětu VZ (technické podmínky)

Technické parametry

4 ks EKG holtery

- 1 - 7 denní kontinuální EKG holter pro ukládání signálu ze tří, sedmi nebo dvanácti kanálů
- Min. 7 denní ukládání EKG signálu se zápisem vývoje HRV, ST, QT, QTc, PQ, tepové frekvence, detekce a analýza kardiostimulátoru
- Display pro zobrazení ekg křivky a dalších údajů
- Frekvenční rozsah minimálně 0,05 – 150 Hz
- Digitální rozlišení 1.8 μ V/16 bit
- Vzorkovací frekvence 2000 Hz
- Jednotka uchovává záznam i po odpojení napájení a umožňuje vícenásobné vyčtení
- Komunikace s PC je řešena pomocí min. pomocí čtečky karet
- Možnost hodnocení na základě poruch rytmu nebo přehrání celého záznamu formou snímání EKG v reálném čase
- Napájení patientské jednotky AA NiMH akumulátory
- **3 HW klíče pro stanice**

Příslušenství:

Součástí dodávky ke každému EKG holteru bude: kufřík, 4x nabíjecí akumulátory, nabíječka, SD karty

1 ks EKG jednotky

- 12-ti kanálové přenosné ekg s dotykovým displejem



- Min. 2.5" displej s rozlišením min.240 x 320
- Displej zobrazuje 1, 3, nebo 12 kanálů současně
- Bezdrátový přenos
- Synchronizace dat s jednotnou platformou, přístup k diagnostickým nástrojům, tisk na kancelářský papír
- Vnitřní paměť na min. 30 ekg záznamů
- Výdrž akumulátoru až 8 hodin
- Set elektrod
- Pacientské kabely pro klidové a ergometrické vyšetření
- Napájecí kabel s magnetickým konektorem, adaptér pro napájení z el. sítě
- Sw licence pro server (2x prohlížecí stanice, 1x pracovní stanice). Vše včetně potřebných modulů pro práci se všemi přístroji a s funkcionalitou automatického exportu do DICOM, HL7, GDI
- **3 HW klíče pro stanice**
- Popruh k uchycení přístroje k pasu
- Potřebné kabely pro napojení přístrojů k PC
- Do systému musí být možno připojit současné tlakové holtery BTL-ABPM 2 a plnohodnotně s nimi pracovat.
- **Jednotná databáze pro EKG holtery, EKG jednotku a současné tlakové holtery BTL – ABPM 2**

Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).
- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.
- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.
- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 4. 2019 do 10:00 hod.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz