

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Přístroje k hysteroskopii pro Gynekologické oddělení Svitavské nemocnice

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČ: 275 20 536

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele: MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 5. 4. 2019

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz:

Zadavatel v příloze č. 2 Zadávací dokumentace požaduje parametr „kompatibilita se současně používaným generátorem pro resekci v solném roztoku (ESG-400) Olympus“.

Tento parametr splní pouze jeden výrobce, a to společnost Olympus. Vzhledem k tomu, že tento výrobce má v České republice přímé exkluzivní zastoupení, domníváme se, že vymezení předmětu Zadavatelem je diskriminační, a tudíž v přímém rozporu s § 6 ZZVZ.

Ptáme se proto, zdali Zadavatel na uvedeném parametru trvá?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původním požadavku "kompatibilita se současně používaným generátorem pro resekci v solném roztoku (ESG-400) Olympus" z důvodu využití současného generátoru a vytvoření tak funkčního celku pro hysteroresektoskopickou operativu na pracovišti zadavatele.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz