

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Identifikační údaje zadavatele		
Zadavatel	Název	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
	Sídlo	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
	IČ	275 20 536
Administrace veřejné zakázky	Kontaktní údaje	Odbor investic a veřejných zakázek
	E-mail	verejne.zakazky@nempk.cz
Profil zadavatele	https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html	

Údaje o veřejné zakázce	
Název veřejné zakázky	Ultrazvukový přístroj pro urologické oddělení Chrudimské nemocnice
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu rozhodl o

VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝŠE UVEDENOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Identifikační údaje vyloučeného účastníka zadávacího řízení	
Obchodní název firmy	Siemens Healthcare, s.r.o.
Sídlo	Budějovická 779/4b, 140 00 Praha 4
IČ	04179960
Právní forma	společnost s ručením omezeným

Odůvodnění:

Důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení je nedoložení níže uvedených technických parametrů požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci:


- Ultrasonograf musí umožnit u speciálních snímačů se dvěma rovinami řezu současně zobrazení v obou těchto rovinách v reálném čase (pro transrektální a pooperační sondy se 2 systémy v těle sondy)
- Pro všechny vyšetřovací módy s horní frekvencí min. 10 MHz, pro vyšetření prostaty a kontrolou biopsie nejméně ve 2 rovinách řezu, a to rovině příčné (vyšetření pro ložiskové změny a vaskularizaci) a podélné / hodnocení hrdla měchýře, kontrolu punkce)
- Možnost jednotlivé roviny přepínat nebo zvolit simultánní obraz obou rovin v reálném čase pro kontrolu punkce prostaty (obě roviny řezu by se měly protínat a rovina průniku by měla být na obrazovce indikována pro orientaci vyšetření)

- Punkční attachment - konstrukcí musí punkční attachment umožnit anatomicky optimalizovaný úhel punkce zejména periferní zóny prostaty (cca 19° od dlouhé osy snímače – nejlépe vkládaný attachment do těla snímače), jehla musí být vidět v obou rovinách řezu a společný bod, kterým jehla prochází, musí být označen na obrazovce


Na základě výše uvedeného doporučuje hodnotící komise vyřadit nabídku a vyloučit účastníka Siemens Healthcare, s.r.o., IČ 04179960 ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel tímto přijímá doporučení hodnotící komise.

V Pardubicích dne 15-04-2019



.....
MUDr. Tomáš Gottvald
předseda představenstva



.....
Ing. František Lešundák
místopředseda představenstva