

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Kanyly endotracheální a tracheostomické 2

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 19. 5. 2019

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz:

Dobrý den,
v článku 4.3 Technických požadavcích ZD požadujete mimo jiné v bodě:
- dutý obturátor se zakulacenou špičkou

Bude zadavatel akceptovat účastníkem nabídnutý klasický plastový zavaděč nebo požaduje obturátor s otvorem pro zavaděč?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadovaném parametru „**dutý obturátor se zakulacenou špičkou**“

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz