

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Kanyly endotracheální a tracheostomické 2

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 21. 5. 2019

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz:

Dobrý den,

Zasílám Vám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1 a 2.

V zadávací dokumentaci – bod 4.3. Technické požadavky - zadavatel neuvádí velikosti požadovaných kanyl. Prosíme tímto o informaci, zda požadujete velikosti dospělé, nebo i dětské, a dále i o informaci, v jakém předpokládaném množství.

Dále v bodě 7.3. Technická kvalifikace – zadavatel požaduje dodat vzorky. Prosíme o informaci, jakou požadujete zaslat velikost, či je možno poslat jakoukoliv.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje bod č. 4.3 zadávací dokumentace o velikosti a příslušné počty položky „Kanyla tracheostomická s manžetou, sání nad manžetou“.

Nové znění bodu č. 4.3 zadávací dokumentace

4.3 Technické a kvalitativní požadavky, rozsah a specifikace požadavků:

Položky veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba položky v ks za 2 roky	Maximální přípustná cena za 1 ks v Kč bez DPH	Maximální přípustná cena v Kč bez DPH za 2 roky
Kanyla tracheostomická s manžetou, sání nad manžetou vel. 7	124	480,00	59 520,00
Kanyla tracheostomická s manžetou, sání nad manžetou vel. 8	628	480,00	301 440,00
Kanyla tracheostomická s manžetou, sání nad manžetou vel. 9	1140	480,00	547 200,00
Kanyla tracheostomická s manžetou, sání nad manžetou vel. 10	100	480,00	48 000,00

Kanyla tracheostomická s manžetou, sání nad manžetou:

- transparentní, netoxický, thermosensitivní materiál
- rentgenoktrastní proužek po celé délce kanyly
- hladké tělo kanyly pro minimalizaci usazení nečistot
- úhel zahnutí 105°
- měkký kulatý hrot
- měřítko na stěně kanyly, informace o velikosti kanyly a velikosti nafouknuté manžety
- nízkotlaká, velkoobjemová manžeta pro efektivní utěsnění
- průhledná integrovaná sací linka pro sání nad manžetou zakončená konektorem
- integrovaná sací linka umožňuje plynulé sání
- linka pro nafouknutí manžety opatřena balónkem a jednocestným regulačním ventilem s ochranným uzávěrem
- integrovaný konektor 15 mm
- dutý obturator se zakulacenou špičkou
- sterilní
- samolepící štítek patientské dokumentace s informacemi o velikosti kanyly a výrobní šarži

Zadavatel v souvislosti s rozdělením položky veřejné zakázky dle velikosti aktualizuje přílohu č. 1 kupní smlouvy Dílčí specifikace ceny.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 6. 2019 do 10:00 hod.

Oddělení veřejných zakázek
 Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 verejne.zakazky@nempk.cz