

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

Název veřejné zakázky: Dodávka PET/CT systému
Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky

V Pardubicích dne 13. 6. 2019

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle ZZVZ přijal dne 10. 6. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává odpověď. Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele.

Dotaz:

Ve Věstníku VZ byla publikovaná VZ na “Dodávku PET/CT systému” (Systémové číslo VZ: P19V00000242, Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-016174), kde je mimo jiné požadován “Automatický aplikátor FDG pro PET/CT vyšetření”.

Z technické specifikace vyplývá, že zadavatel preferuje přístroj xxx.

Prosím o zodpovězení následujících otázek

1. Bude v rámci výběrového řízení posuzována také cena spotřebního materiálu?

Je cena spotřebního materiálu kritériem výběru zařízení?

2. V zadání je uvedena požadovaná přesnost dávkování jednotlivé dávky +/- 2%

Stanice Vámi preferovaná nezaručuje žádnou přesnost aktivity jednotlivé dávky. V základních technických a metrologických parametrech výrobce udává pouze údaje, vztahující se k objemové přesnosti dávky. Přesnost měření aktivity technických podkladech přístroje není uvedena. Přesnost dávky tedy zákonitě závisí na přesnosti stanovení objemové aktivity (přesnost stanovení hodnoty aktivity + přesnost objemového dávkování) a dále na přesnosti objemového dávkování samotné dávky. Pro kvalitu vyšetření pacienta není zdaleka tak důležitá přesnost stanovení objemu jako přesnost stanovení hodnoty aktivity. Za předpokladu že v zadání je požadována přesnost stanovení aktivity (protože požadování jiné přesnosti by bylo v rozporu s obecnými požadavky na přípravu dávky RF), stanice xxx tento požadavek nemůže splňovat. Všechny běžně používané stanice pro přípravu a aplikaci dávek radiofarmak používají stříkačku. Jediný xxx pracuje tak, že přímo aplikuje dávku pacientovi. Dovoluji si upozornit na fakt, že tento postup zcela vylučuje jakoukoliv kontrolu aplikované aktivity.

Je tato skutečnost předmětem posouzení přijatých nabídek?

Je přesnost stanovení resp. měření dávky pacientovi předmětem posouzení přijatých nabídek?

3. V současné době se používá pro vyšetření pacientů několik PET radiofarmak. Vybavení oddělení pouze jednou automatickou aplikační stanicí a to jakéhokoli typu, znamená buďto značnou radiační zátěž při výměně radiofarmaka a spotřebního materiálu, který musí být nový pro každou novou lahvičku (platí i pro další lahvičku FDG v jednom dni) nebo ještě nebezpečnější přípravu dávek z další lahvičky manuálně. V úvahu je také třeba vzít značné zvýšení nákladů způsobené nutností výměny systémového kitu.

Bude variabilita použití a možnost práce s několika radiofarmaky paralelně předmětem posouzení přijatých nabídek?

Děkuji za odpověď.

Odpověď ad 1 :

V uveřejněné zadávací dokumentaci není otázka spotřebního materiálu a jeho ceny uvedena, proto nebude posuzována a není kritériem výběru zařízení.

Odpověď ad 2:

Dodávané zařízení musí splnit zadávací dokumentaci tak, jak byla formulována.

Odpověď ad 3:

Zadavatel toto v zadávací dokumentaci nespécifikoval, proto „variabilita použití a možnost práce s několika radiofarmaky paralelně“ nemůže být předmětem posouzení přijatých nabídek.

Zadavatel dále informativně uvádí, že v souladu se zadávací dokumentací je „Automatický aplikátor FDG pro PET/CT vyšetření“ součástí (příslušenstvím) předmětu plnění veřejné zakázky - dodavatelem dodaného PET/CT systému při splnění všech podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz