

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

**Plynový chromatograf pro OKBD Pardubické nemocnice**

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČ:** 275 20 536  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva  
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 26. 6. 2019

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

#### Dotaz:

Požadavek zadavatele: *Ovládání jak plynového chromatografu, tak i headspace autosampleru nejen prostřednictvím dodaného softwaru, ale také pomocí plnohodnotné hardwarové klávesnice integrované na obou zařízeních.*

Většina moderních plynových chromatografů je již vybavena velkými barevnými dotykovými panely, které umožňují snadné ovládání daného přístroje. Nejnovější dotykové panely laboratorních přístrojů využívají kapacitní technologii tak jako např. mobilní telefony či tablety. Odezva tohoto typu dotykového panelu je velmi přesná a rychlá a nevyžaduje žádné dotykové pero. Ve srovnání s hardwarovou klávesnicí s tlačítky přináší dotykový panel i více možností nastavení a také i uživatelské rozhraní s pokročilými funkcemi, jako jsou např. diagnostické nástroje.

**Dotaz: Bude zadavatel výběrového řízení akceptovat plynový chromatograf, který bude ovládán nejen prostřednictvím dodaného softwaru, ale také pomocí buď hardwarové – tlačítkové klávesnice nebo kapacitního dotykového displeje, a headspace autosampler, který bude ovládán nejen prostřednictvím dodaného softwaru, ale také pomocí buď hardwarové – tlačítkové klávesnice nebo kapacitního dotykového displeje.**

**Odpověď:**

Zadavatel akceptuje i ovládání pomocí kapacitního dotykového displeje, tj. ovládání jak plynového chromatografu, tak i headspace autosampleru nejen prostřednictvím dodaného softwaru, ale také pomocí plnohodnotné hardwarové klávesnice nebo dotykového displeje integrovaného na obou zařízeních.

**ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 15. 7. 2019 DO 10:00 HODIN.**

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
verejne.zakazky@nempk.cz