



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Plynový chromatograf pro OKBD Pardubické nemocnice

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČ: 275 20 536

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele: MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 26. 6. 2019

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

Dobrý den,

rád bych se tímto emailem zeptal na pár podrobností ohledně výběrového řízení Plynový chromatograf pro OKBD Pardubické nemocnice.

Je opravdu nutné splňovat všechny požadavky, které jsou uvedeny ve výběrovém řízení?

Jedná se o několik parametrů:

Je opravdu nezbytné, aby stroj měl snadnou a rychlou výměnu linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí?

Naše firma používá zařízení, kde je potřeba klíče, aby liner měnil pouze určená osoba. Tato výměna není primitivní záležitostí. Na výměnu lineru je potřeba člověka zaškolit. Pokud liner vymění nezaškolená obsluha, může dojít k znehodnocení analýz.

Je nutné, aby zařízení bylo ovládáno pomocí klávesnice? Naše zařízení má pokročilou dotykovou obrazovku, která zobrazuje graficky průběh veškerého nastavení.



Odpověď na dotaz 1 a 2:

Obsluhu a uživatelský servis chromatografů na pracovišti mohou vykonávat pouze řádně proškolené osoby. Takových osob je na pracovišti více, a proto zadavatel požaduje co nejjednodušší uživatelský servis, a tedy i rychlou výměnu lineru bez nutnosti použití nářadí.

ZADAVATEL PONECHÁVÁ LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 15. 7. 2019 DO 10:00 HODIN.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz