

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Dezinfektory endoskopů 1

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 16. 7. 2019

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Rozpor s technickým zadáním: Dveře výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu.

- Budete akceptovat nabídku automatického dezinfektoru endoskopů s horním plněním?

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametru požadovaném v zadávací dokumentaci:

- Dveře výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu

Dotaz č. 2:

Rozpor s technickým zadáním: UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody.

- Budete akceptovat nabídku automatického dezinfektoru endoskopů bez UV jednotky? Kvalitu vody zajišťují vodní filtry.

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametru požadovaném v zadávací dokumentaci:

- UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody

Dotaz č. 3:

Rozpor s technickým zadáním: Max. rozměry: š 600 mm x v 850 mm x h 670 mm.

- Budete akceptovat Rozměry: šířka 615 x hloubka 650 x výška 1010?

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametru požadovaném v zadávací dokumentaci:

- Max. rozměry: š 600 mm x v 850 mm x h 670 mm

Dotaz č. 4:

Rozpor s technickým zadáním: Kovové součásti z nerezové oceli.

- Budete akceptovat Materiál vnějšího pláště – hliník?

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametru požadovaném v zadávací dokumentaci:

- Kovové součásti z nerezové oceli

Dotaz č. 5:

- Budete akceptovat nabídku automatického dezinfektoru endoskopů s dezinfekčními prostředky na bázi kyseliny peroctové (PA)?

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametru požadovaném v zadávací dokumentaci:

- Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehyd proces) určený pro automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu