

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

Název veřejné zakázky:
Přístroj ventilační pro ARO

V Pardubicích dne 21. 10. 2019

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1

V příloze č. 2 zadávací dokumentace - **Technické specifikace je požadováno**

- Nastavitelný dechový objem min. 20-300 ml

Dotaz: Domníváme se, že jde o administrativní chybu a že zadavatel má na mysli dechové objemy v obvyklém rozsahu 20 až 2000 ml. Je náš předpoklad správný?

Odpověď:

Předpoklad tazatele je správný. Zadavatel mění technický parametr následovně:

- Nastavitelný dechový objem min. 20-2000 ml

Dotaz č. 2:**Dotaz č. 2**

- Dotyková ovládací obrazovka min. 17"

Dotaz: Uchazeč nabízí dotykovou ovládací obrazovku pro medicínské účely velikosti úhlopříčky 15" formátu 4:3. Tento formát je z hlediska čitelnosti údajů na displeji výhodnější, neboť je díky vhodnému poměru stran vyšší než displeje 17"
Bude zadavatel akceptovat toto řešení zvláště, kdy v případě potřeby lze tento displej doplnit druhým displejem jakékoliv větší velikosti?

Odpověď:

Zadavatel trvá na velikosti obrazovky 17 palců z důvodu přehlednosti, kapacity, čitelnosti a minimální rozlišovací vzdálenosti.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 11. 2019 do 11:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.