

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### 1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Telemetrie pro NPK, a.s. - EKG holtery včetně příslušenství pro kardiologické oddělení**

### 2. Označení zadavatele

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

IČO: 2752036

Zastoupený MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva a Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

### 3. Předmět veřejné zakázky

**Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka EKG holterů včetně příslušenství pro kardiologické oddělení pracoviště zadavatele Pardubická nemocnice, v souladu s medicínským účelem a s ostatními podmínkami této zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.**

**Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění.**

Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

**Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:**

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
- instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením)
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu
  - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,
  - provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,





- dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu, splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky,
  - Dodání návodu k použití v ČJ.
  - Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
  - Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
  - Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku.
  - Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky.
  - Doklad prokazující shodu (Prohlášení o shodě) v papírové i elektronické verzi.
- likvidace odpadu a obalů souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.

### **Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje záruku za jakost**

Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané přístrojové vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

Zadavatel požaduje **min. záruční lhůtu pro všechny přístroje v délce 36 měsíců**. Záruční servis pro záruku za jakost obsahuje:

- bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů bezpečnostně technických kontrol, validací, kalibrací, servisních a preventivních prohlídek v souladu zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a v záruční době u ostatního zařízení bezplatné provádění pravidelných revizí / prohlídek / validací / kalibrací / zkoušek dlouhodobé stability/ servisních a preventivních prohlídek v požadovaném intervalu pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů a případný update software, vše včetně vystavení protokolu, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.
- bezplatné záruční opravy a odstranění závad, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- veškeré servisní činnosti musí být provedeny v co nejkratším termínu kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou vyškoleni výrobcem a vlastní certifikáty vydané výrobcem dle platných předpisů a norem,
- po provedení opravy nebo odstranění závad u zdravotnické techniky při pravidelných servisních úkonech poskytovatel servisních služeb dodá veškerá zejména veřejnoprávní rozhodnutí, povolení, doklad prokazující shodu, zaškolení zdravotnického personálu včetně vyhotovení zápisu a ostatní nezbytné doklady v souladu s platnou legislativou potřebné pro bezpečné používání zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče.
- poskytovatel servisních služeb nese odpovědnost v rámci předmětu plnění veřejné zakázky za řádné provedení servisních služeb.
- v případě škody způsobené třetí osobě dodanou zdravotnickou technikou v důsledku závady v provedeném servisním úkonu nebo v provedené opravě dle objednávky opravy, hradí veškerou škodu způsobenou třetí osobě poskytovatel servisních služeb ze sjednaného pojištění.

Veškeré požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy.



Záruční servis pro záruku za jakost bude dodavatel provádět bezplatně.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Veřejná zakázka obsahuje následující položku:

Položka	Počet kusů
EKG holtery včetně příslušenství	4 ks EKG holtery + 1 ks EKG jednotky

#### 4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Cena sjednaná ve smlouvě je **371 470,- Kč** včetně DPH.

#### 5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

#### 6. Označení účastníků zadávacího řízení

Obchodní název dodavatele	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
BTL zdravotnická technika, a.s.	Makovského náměstí 2, 616 00 Brno	26884143	akciová společnost

#### 7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

#### 8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Hodnotící komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť do fáze hodnocení postoupila jediná nabídka

#### 9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

#### 10. Odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

#### 11. Odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

#### 12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

**13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Nezrušeno.

**14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nabídka byla podána elektronicky.

**15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.


**16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části**

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ust. § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona


**17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

V Pardubicích dne ..... - 4 - 11 - 2019



.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva



.....  
Ing. František Lešundák  
místopředseda představenstva