



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Operační laser pro urologické oddělení Svitavské nemocnice
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 13. 1. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat významnou dodávku ze zahraničí? Model, který chceme nabídnout je nový a dosud nebyl v ČR dodán. Můžeme tak doložit dodávku, kterou provedl výrobce v zahraničí. Jako doklady by v tomto případě zadavatel vyžadoval?

Odpověď:

Zadavatel neomezil významné dodávky z hlediska místa realizace tzn. ano, významná dodávka může být ze zahraničí. V případě, že se bude jednat o významnou dodávku ze zahraničí od výrobce pak bude výrobce v pozici jiné osoby prokazující kvalifikaci. Danou problematiku řeší zadávací dokumentace (dále též „ZD“) v bodě 4.6.

Dotaz:

Zadavatel ve vymezení technických podmínek uvádí požadovanou pulzní energii laseru v rozmezí 0,5 až 3,5 J. Tyto parametry jsou dnes již nedostačující pro dosažení požadovaných efektů na drcení konkrementů a vychází ze zastaralých laserů s technologií starší 10-ti let. Řada světových výrobců laserů dnes nabízí nastavení energie již od 0,1 J (nutné pro dokonalé pískování kamene) až po 5 a více J (nutné pro drcení tvrdých kamenů) a to ve stejné cenové kategorii. Dotaz: Bude zadavatel požadovat rozšíření minimálních parametrů na hodnoty v rozmezí alespoň 0,2 - 5 J nebo trvá na původních parametrech, kdy může obdržet zastaralou technologii?

Odpověď:

Zadavatel nebude požadovat rozšíření minimálních parametrů 0,5-3,5 J, uvedených v ZD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz:

Zadavatel ve vymezení technických podmínek uvádí „možnost použití resterilizovatelných vláken bez omezení počtu provedených výkonů, v závislosti pouze na opotřebení“. Zároveň požaduje „rozpoznání vlákna a zobrazení historie jeho použití“ a „automatické nastavení maximálního přípustného výkonu pro různé průměry připojených vláken...“ což jsou parametry, které vyžadují vlákno opatřené čipovou technologií. Taková vlákna ale mají vždy omezený počet resterilizací. Takto poskládané parametry tedy nesplní žádný výrobce laserového generátoru - při dodržení předpisů a autorizovaných postupů daných výrobcem. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dodání laseru, který splní parametry „rozpoznání vlákna a zobrazení historie jeho použití“ a „automatické nastavení maximálního přípustného výkonu pro různé průměry připojených vláken...“ = tedy parametrů zvyšujících bezpečnost použití laseru, ale bez možnosti splnění parametru „možnost použití resterilizovatelných vláken bez omezení počtu provedených výkonů, v závislosti pouze na opotřebení“? V opačném případě pravděpodobně zadavatel neobdrží žádnou nabídku.

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodržet původní technickou specifikaci dotazovaných parametrů stanovených v ZD s ohledem na bezpečný a ekonomický provoz přístroje.

Dotaz:

Zadavatel ve vymezení technických podmínek uvádí „použití resterilizovatelných i jednorázových vláken“ a resterilizovatelná vlákna požaduje dodat ve startovacím balíčku. Neuvádí však metodu, kterou by tato vlákna chtěl resterilizovat.

Dotaz: Bude zadavatel požadovat vlákna resterilizovatelná v parním autoklávu na 134°C nebo bude využívat jinou metodu resterilizace?

Odpověď:

Pokud Zadavatel požaduje v ZD resterilizovatelnost, pak myslí standardně v parním autoklávu na 134°C.

Dotaz:

Zadavatel ve vymezení technických podmínek uvádí dodání nožního ovládání ve startovacím balíčku, ale blíže jej nespecifikuje. Dotaz: Bude zadavatel požadovat dodání nožního pedálu alespoň se 2 tlačítky s tím, že jedno tlačítko bude použitelné pro přepínání mezi Stand-by a Ready módem bez nutnosti ovládání obsluhou na generátoru (zvýšení bezpečnosti použití se zabráněním nechtěné aktivace laseru ve chvíli, kdy není aktivně používán)?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat dodání nožního pedálu s dvěma tlačítky.

ZADAVATEL DÁLE AKTUALIZUJE TEXTACI V RÁMCI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, A TO KONKRÉTNĚ V NÁVRHU SoD:

PŮVODNÍ TEXTACE:

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterým je pracoviště zadavatele -urologické oddělení Svitavské nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy, a to do 8 týdnů od nabytí účinnosti Kupní smlouvy, která nastává dnem uveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NOVÁ TEXTACE:

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterým je pracoviště zadavatele -urologické oddělení Svitavské nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy, a to do 8 týdnů od nabytí účinnosti Kupní smlouvy, která nastává dnem podpisu smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 17. 2. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Kolářková