

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

**Vybavení pro ORL ambulanci včetně UNITU**

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČ:** 275 20 536  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva  
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 16. 1. 2020

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

#### Dotaz:

Zadavatel v technických požadavcích VZ UNIT ORL, universální vyšetřovací jednotka, v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) u položky Vyšetřovací křeslo - 1 ks, požaduje „Mechanicky nastavitelný zádový segment v minimálním rozsahu +5° až +95°“. Účastník se ptá, zda bude zadavatel akceptovat mechanicky nastavitelný zádový segment v minimálním rozsahu +17 ° až +95 °? Dle výrobce vyšetřovacích ORL křesel je tento rozsah sklonu dostatečný, jak pro vyšetřování pacienta v poloze v sedě, tak i vleže.

#### Odpověď:

Zadavatel u položky Vyšetřovací křeslo - 1 ks akceptuje mechanicky nastavitelný zádový segment v minimálním rozsahu +17° až +95°.

**ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 5. 2. 2020 DO 10:00 HODIN.**

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.