



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Operační laser pro urologické oddělení Svitavské nemocnice
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 30. 1. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Z technické dokumentace uveřejněné na profilu Zadavatele vyplývá, že zadavatel požaduje pulsní typ laseru s výkonem 30 W. V případě fragmentace konkrémentu je efektivita drcení určena špičkovým výkonem přístroje, který není v zadání definován. Nabízíme tři typy přístroje splňující požadavky Zadavatele, které se liší cenou a špičkovým výkonem. Tento parametr je klíčový pro definici technologického standardu a spektrum výkonů.

Žádáme proto Zadavatele o upřesnění, jaký špičkový výkon v rámci této VZ požaduje?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodržení minimální technické specifikace přístroje včetně jeho minimálního výkonu tak jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2

Zadavatel ve vymezení technických podmínek uvádí dodání nožního ovládání ve startovacím balíčku, který blíže jej nespecifikuje. V dodatečných informacích uveřejněných na profilu Zadavatele 13.1.2020 dále uvádí, že bude akceptovat dodání pedálu se dvěma tlačítky. Na základě výše uvedeného jsme sestavili dva dotazy:

- Rozumí tomu účastník správně, že přístroj musí umožnit připojení jednoduchého i dvojitého pedálu?
- Jaké funkce Zadavatel požaduje pomocí pedálu ovládat?

Odpověď:

- Dodavatel tomu nerozumí správně. Zadavatel umožnil nabídnout dodavatelům nožní ovládání s jedním nebo dvěma tlačítky.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o běžnou funkcionalitu není nutné, aby Zadavatel parametr specifikoval podrobněji.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková