



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Defibrilátory
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 10. 2. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

zasílám Vám dotaz týkající se objasnění technické specifikace. V příloze č. 4 ZD - Technické podmínky pro část 1 veřejné zakázky, zadavatel uvádí - váha max. 7 kg, kompletní příslušenství Dotaz: Může zadavatel blíže specifikovat požadované příslušenství?

Odpověď:

Zadavatel požaduje příslušenství v rozsahu: jednorázové stimulační nalepovací elektrody, 3svodový kabel EKG, prstové čidlo SpO2. Příslušenství musí zaručovat kompatibilitu s monitory vitálních funkcí výrobce Nihon Kohden model BSM-6701 a BSM-6301 umístěnými na koronární jednotce kardiologického oddělení Pardubické nemocnice.

Dotaz č. 2

na část VZ č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 4 Technické specifikace pro část č. 1:

- Možnost interních elektrod
- Možnost modulu pro měření SpO2 a NIBP

Účastník na základě svých praktických a klinických zkušeností předpokládá, že zadavatel tímto požaduje, aby nabídka obsahovala ke každému přístroji také příslušenství - jedny interní elektrody pro dospělé, zároveň musejí být nabízené defibrilátory vybaveny modulem s funkcí měření SpO2 a NIBP a to vše s příslušenstvím pro dospělé.

Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď:

Předpoklad účastníka není správný. Jedná se pouze o možnost budoucího rozšíření funkcionalit přístroje.

Dotaz č. 3

na část VZ č. 2

Zadavatel požaduje v příloze č. 4 Technické specifikace pro část č. 2:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

- Možnost interních elektrod

Účastník na základě svých praktických a klinických zkušeností předpokládá, že zadavatel tímto požaduje, aby nabídka obsahovala ke každému přístroji také příslušenství – jedny interní elektrody pro dospělé.

Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď:

Předpoklad účastníka není správný. Jedná se pouze o možnost budoucího rozšíření funkcionalit přístroje.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 17. 3. 2020 DO 10:00 HODIN. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNÝ.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková