

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**Název veřejné zakázky:****Instrumentárium pro COS Svitavské nemocnice****Režim veřejné zakázky:** VZMR**Předmět veřejné zakázky:** dodávky**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 14. 2. 2020

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1:**

Uchazeč uvádí, že po prostudování zadávací dokumentace a příloh VZMR „Instrumentárium pro COS Svitavské nemocnice“ Nemocnice Pardubického kraje, a.s., nenalezl možnost nabídnout nástroje v toleranci +-10%, nebo v číselném rozmezí pro daný technický parametr. Řada renomovaných výrobců nástrojů pro laparoskopickou i otevřenou operativu nabízí nástroje stejného medicínského a chirurgického účelu s drobnými odchylkami v řádu mm. Tyto odchylky jsou pro operátora takřka nepostřehnutelné, ale v rámci této ZD jsou tyto odchylky limitující pro možnost podání nabídky jiných renomovaných výrobců a připouští pouze nabídku výrobce, podle kterého byly technické parametry specifikovány. Zadavatel tak zužuje možnosti pro podání nabídky jiných renomovaných výrobců a tím omezuje poměrnost ekonomické výhodnosti.

Dotaz:

Připouští zadavatel toleranci +=10% pro technické parametry nástrojů?

**Dotaz č. 2:**

V Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky Zadavatel požaduje Trokar se šroubovicí kovový 11 mm. Nabízíme trokar se šroubovicí kovový o průměru 10 mm, který převyšuje parametry stanovené Zadavatelem přičemž současně umožňují použití laparoskopických nástrojů o průměru 10 mm.

Náš dotaz tedy zní, zda bude Zadavatel akceptovat Trokar se šroubovicí kovový o průměru 10 mm?

**Dotaz č. 3:**

V Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky Zadavatel požaduje Trokar hladký kovový 11 mm. Nabízíme trokar hladký kovový o průměru 10 mm, který převyšuje parametry stanovené Zadavatelem přičemž současně umožňují použití laparoskopických nástrojů o průměru 10 mm.

Náš dotaz tedy zní, zda bude Zadavatel akceptovat Trokar hladký kovový o průměru 10 mm?

**Odpověď na dotaz č. 1, č. 2 a č. 3:**

Zadavatel z důvodu vzájemné kompatibility a případné zaměnitelnosti operačních nástrojů, které má v současné době již zakoupené a používá je v jiných operačních sítích, trvá na rozměrech nástrojů uvedených v zadávací dokumentaci.

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.