



ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Identifikační údaje zadavatele		
Zadavatel	Název	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
	Sídlo	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
	IČ	275 20 536
Administrace veřejné zakázky	Kontaktní údaje	Oddělení veřejných zakázek
	E-mail	verejne.zakazky@nempk.cz
Profil zadavatele	https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html	

Údaje o veřejné zakázce	
Název veřejné zakázky	Instrumentárium pro COS Svitavské nemocnice
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení	veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu rozhodl o

VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ **NA VÝŠE UVEDENOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

Identifikační údaje vyloučeného účastníka zadávacího řízení	
Obchodní název firmy	BIONIK Stapro Group s.r.o.
Sídlo	Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice
IČO	02040638
Právní forma	společnost s ručením omezeným

Odůvodnění:

Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem provedla posouzení nabídky výše uvedeného účastníka zadávacího řízení a dospěla k závěru, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci.

1. V souladu s požadavkem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci musí nabídka účastníka zadávacího řízení obsahovat doplněný závazný návrh kupní smlouvy včetně přílohy č. 1 Dílčí specifikace ceny. Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje vyplnění přílohy č. 1 kupní smlouvy Dílčí specifikace ceny, aby po doplnění požadovaných údajů účastníkem bylo zřejmé a jasné identifikovatelné dle typového označení, jaké zboží bude předmětem dodávky. Účastník BIONIK Stapro Group s.r.o. do nabídky vložil katalogové listy obsahující portfolio produktů výrobce, z něhož není možné posoudit, které produkty jsou předmětem plnění veřejné zakázky, neboť příloha č. 1 kupní smlouvy Dílčí specifikace ceny, která by měla obsahovat konkrétní položky dodávky z tohoto katalogu,



- v nabídce zcela chybí. Hodnotící komise jmenovaná Zadavatelem tak není schopná posoudit splnění požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.
2. V katalogových listech portfolia výrobce hodnotící komise nedohledala žádný sterilizační kontejner v požadovaném rozměru 300x300x135 mm.
 3. Zadavatel v bodě 7 písm. h) zadávací dokumentace požaduje, aby veškerá dokumentace dokládající splnění technických požadavků zadavatele byla v českém jazyce. Doklady, které jsou vydané v jiném než českém jazyce, musí být dodavatelem předloženy spolu s jejich překladem do českého jazyka s výjimkou dokladů vydaných ve slovenském jazyce. V doložených katalogových listech je celkem 30 stran sortimentu v německém a anglickém jazyce bez překladu do českého jazyka.
 4. Účastník v souladu s požadavkem zadávací dokumentace doložil v nabídce 5 Prohlášení o shodě, všechna jsou v rozporu s bodem 7 písm. h) zadávací dokumentace v německém jazyce bez požadovaného překladu do českého jazyka.
 5. Účastník v rozporu s bodem 7 zadávací dokumentace doložil 3 certifikáty v anglickém či německém jazyce bez překladu do českého jazyka.

Vzhledem k výše uvedenému, z čehož jednoznačně vyplývá, že z nabídky účastníka nelze posoudit splnění předmětu plnění, resp. dodávky v rámci veřejné zakázky a z důvodu nesplnění požadavku zadavatele na zpracování nabídky v českém jazyce, doporučuje hodnotící komise vyřadit nabídku a vyloučit účastníka BIONIK Stapro Group s.r.o., IČO: 02040638 ze zadávacího řízení.

Zadavatel doporučení hodnotící komise přijal.

23 -03- 2020

V Pardubicích dne

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. František Lešundák
místopředseda představenstva