



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Magnetická rezonance
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 26. března 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V příloze č. 3 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy, čl. II. odst. 2 zadavatel požaduje, aby demontáž a ekologická likvidace současného zařízení provedena během 2 kalendářních dnů. S ohledem na to, že součástí dodávky má být dle ZD také RF-kabina (tedy předpokládáme, že stávající má být plně demontována a zlikvidována), je z našich rozsáhlých zkušeností (instalace více než 15 MR přístrojů v uplynulých 2 letech) uvedený termín velmi těžko splnitelný.

Zváží zadavatel prodloužení termínu pro demontáž a ekologickou likvidaci na 4 kalendářní dny?

Odpověď:

Ano, zadavatel prodlužuje termín pro demontáž a ekologickou likvidaci na 4 kalendářní dny. Závazný návrh kupní smlouvy bude v tomto bodě upraven před podpisem smlouvy s vítězným účastníkem.

Dotaz č. 2

V příloze č. 3 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy, čl. II. odst. 3 zadavatel požaduje, aby prodávající dodal a nainstaloval zboží do 2 týdnů od data, které bude kupujícím uvedeno v písemné výzvě jako první možné pro začátek instalace. S ohledem na to, že součástí dodávky má být dle ZD také RF-kabina, je z našich rozsáhlých zkušeností (instalace více než 15 MR přístrojů v uplynulých 2 letech) uvedený termín v zásadě nesplnitelný.

Zváží zadavatel prodloužení termínu pro dodání a instalaci zboží na 4 týdny od data, které bude kupujícím uvedeno v písemné výzvě jako první možné pro začátek instalace?

Odpověď:

Ano, zadavatel prodlužuje termín pro dodání a instalaci zboží na 4 týdny od data, které bude uvedeno v písemné výzvě jako první možné pro začátek instalace. Závazný návrh kupní smlouvy bude v tomto bodě upraven před podpisem smlouvy s vítězným účastníkem.

Dotaz č. 3

V příloze č. 3 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy, čl. II. odst. 3 zadavatel stanovuje termíny pro demontáž a instalaci zboží na základě výzvy. Výzva k demontáži má být zaslána min. 30



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

kalendářních dnů předem. Pokud uvážíme 4 dny na demontáž a likvidaci, 1 týden na drobné nutné úpravy místa plnění, může kupující reálně požadovat termín dodání zařízení od zaslání výzvy reálně méně než 6 týdnů (pokud by datum kupujícím uvedeno v písemné výzvě jako první možné pro začátek instalace bylo uvedeno jako ihned navazující). S ohledem na postup výroby MR přístrojů považujeme tento termín za téměř nesplnitelný, aniž by prodávající tento přístroj vyrobil tzv. „na sklad“, což je vzhledem k nutnosti stálého chlazení přístroje velmi neekonomické řešení, které by se nutně promítlo do nabídkové ceny. Zváží zadavatel změnu textace smlouvy tak, aby byl termín pro dokončení dodání a zahájení instalace nejdříve 90 dní od obdržení výzvy? Tato změna se pozitivně promítne do výše konečných nákladů a tedy do výše nabídkové ceny pro zadavatele.

Odpověď:

Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží na místo uvedené v odstavci 1. tohoto článku do 4 týdnů od data, které bude kupujícím uvedeno v písemné výzvě jako první možné pro začátek instalace“. Tuto písemnou výzvu zašle kupující prodávajícímu min. 12 týdnů před datem možného nástupu na začátek instalace.

Dotaz č. 4

Zadavatel v zadávací dokumentaci neuvádí organizaci prohlídky místa plnění. S ohledem na povahu předmětu plnění považujeme prohlídku místa plnění za velmi důležitou.

Zváží zadavatel uspořádání prohlídky plnění?

Odpověď:

Ano, zadavatel umožní prohlídku místa plnění dne 2. 4. 2020, v 10.00 vstup RDG budovy Orlickoústecké nemocnice. Za dodavatele je možná účast pouze jedné osoby. Zadavatel rovněž upozorňuje, že bude nutné dodržovat nařízení vlády tj. udržování dostatečného odstupu mezi účastníky a používání ochranných ústenek. Dodavatel, který nebude mít ochrannou ústenku se nebude moci účastnit prohlídky místa plnění. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění jsou zástupci nemocnice:

prim. MUDr. Karel Nedvěd,

607114319,

karel.nedved@nempk.cz

Ing. Petr Vrba

702221557

petr.vrba@nempk.cz

Upozorňujeme dodavatele, že jsou povinni se dostavit včas na sraz účastníků prohlídky místa plnění.

Dotaz č. 5

V textu dokumentu zadávací dokumentace “ Příloha č. 5 - Technické podmínky pro magnetickou rezonanci ”, na poslední straně, zadavatel uvádí v tabulce hodnocené parametry:

Dotaz:

Došlo k omylu a zadavatel měl na mysli méně je lepší neboť , čím nižší číslo uvádějící homogenitu je tím je homogenita magnetického pole lepší? S tím souvisí také chybný vzorec pro výpočet váhy daného hodnoceného parametru v zadávací dokumentaci část „2. Kritérium: Technické parametry „ kde je uvedeno :

Hodnota hodnocené nabídky

Počet bodů kritéria = $\frac{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky (nejvyšší homogenita)}} \times 100 \times 0,35$

Zde by měl být použit vzorec pro nejmenší hodnotu tedy:

Hodnota nejvhodnější nabídky (nejnižší číslo= nejlepší homogenita)

Počet bodů kritéria = $\frac{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky (nejnižší číslo= nejlepší homogenita)}} \times 100 \times 0,35$

Odpověď:

Ano, došlo k omylu. Platí, že méně je lepší. Pro účely hodnocení daného kritéria bude tedy použit vzorec:

Hodnota nejvhodnější nabídky (nejnižší číslo= nejlepší homogenita)

Počet bodů kritéria = $\frac{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky (nejnižší číslo= nejlepší homogenita)}} \times 100 \times 0,35$



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Hodnota hodnocené nabídky

Dotaz č. 6

V textu dokumentu zadávací dokumentace " Příloha zadávací dokumentace - Závazný návrh smlouvy o poskytování pozáručního servisu" zadavatel uvádí :

V bodě:

1.1.1. dodávku veškerých náhradních dílů včetně povinně vyměnitelných, včetně nákladů na dopravu a pojištění nutných při kontrolách, revizích, odstraňování poruch a závad zařízení

Veškeré náhradní díly objedná poskytovatel po odsouhlasení finančního krytí objednatelem,

a v bodě:

1.2. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele, spojené s realizací předmětu plnění (bod 1.2 této smlouvy), a to:

1.2.1. cenu odborných služeb,

1.2.2. cenu zboží (veškerých náhradních dílů a materiálu pro provádění standardních servisních úkonů),

1.2.3. dopravní náklady,

1.2.4. čas strávený na cestě a ubytování pracovníků Poskytovatele, apod.

Dotaz:

Požaduje tedy zadavatel plný pozáruční servis bez náhradních dílů a dodání náhradních dílů bude odsouhlasovat a finančně kryt v případě jejich potřeby nebo požaduje plný pozáruční servis včetně všech náhradních dílů i případně poškozených cívek?

Odpověď:

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o body 1.2.11 a 2.3 návrhu servisní smlouvy. Uvedené číslování ze strany dodavatele není správné.

Zadavatel odstraňuje z návrhu servisní smlouvy vypouští větu: *Veškeré náhradní díly objedná poskytovatel po odsouhlasení finančního krytí objednatelem.* Zadavatel požaduje FULL SERVIS tak jak je uvedeno v rámci zadávací dokumentace. Návrh smlouvy bude upraven před podpisem smlouvy s vítězným účastníkem.

ZADAVATEL DÁLE AKTUALIZUJE BOD VI. KUPNÍ SMLOUVY NÍŽE UVEDENÝM ZPŮSOBEM:

Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 MĚSÍČŮ, plynoucí od data jeho protokolárního převzetí ze strany kupujícího (po instalaci a uvedení do provozu). Prodávající bude kupujícímu po dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce bezplatně poskytovat záruční servis v rozsahu, uvedeném v tomto článku smlouvy.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 29. 4. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková