



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Magnetická rezonance
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 14. dubna 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz 1

Zadavatel umožňuje nahradit cívky pro pokrytí dolních končetin tělovou cívkou. Vzhledem k velikosti tělových cívek, jejichž pokrytí se pohybuje v rozsahu 50 – 60 cm, bude systém dosahovat pokrytí max. 180 cm. Bude zadavatel akceptovat systém se skenovacím rozsahem bez repositionace cívek či repositionace pacienta 180 cm?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat systém se skenovacím rozsahem bez repositionace cívek či repositionace pacienta 180 cm.

Dotaz 2

Vyšetření typu ASL obecně trpí nedostatkem signálu (SNR) což je ještě více zhoršeno při použití náběru dat 2D metodou. Pro tento typ akvizice využíváme pouze způsob náběru ve 3D, který pracuje s 3D voxely, které obsahují vyšší množství signálu a tedy dosahuje lepších klinických výsledků. Navíc technika ASL je založená na FSE, která je méně náchylná ke geometrickým distorzím. Další výhodou 3D je možnost zpětně zobrazit jakoukoli rovinu. 3D ASL je z klinického hlediska lepší řešení. Z 3D vyšetření je možné 2D zpětně rekonstruovat. V praxi se samotný 2D řez neuplatní, vždy je nutné aplikovat sérii řezů pokrývajících 3D anatomickou oblast. Bude zadavatel akceptovat perfuzní vyšetření bez použití kontrastní látky metodou 3D arterial spin labeling založenou na FSE s možností zpětné rekonstrukce 2D?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat perfuzní vyšetření bez použití kontrastní látky metodou 3DE arterial spin labeling založenou na FSE s možností zpětné rekonstrukce 2D.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 18. 5. 2020 DO 10:00 HODIN.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

S pozdravem
Mgr. Kateřina Kolářková