



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	RTG Přístroje stacionární pro Litomyšlskou nemocnici
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 17. dubna 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V části “Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace_RDG skiografie LIT_R5(1)”, oddíl “Stropní závěs” požaduje zadavatel: min. 10” dotykový displej na zobrazení expozičních parametrů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a náhledu snímku.

Bude zadavatel akceptovat stropní závěs od renomovaného výrobce se 7” dotykovým displejem, který jinak splňuje všechny stanovené parametry v tomto bodě? Menší úhlopříčka displeje nemusí být pro uživatele na škodu, pokud je uživatelské prostředí zpracováno dostatečně přehledně. Dle našich zkušeností se nejedná o významný rozdíl, který by jakkoliv omezoval během užívání přístroje. Naopak, díky implementovanému řešení s menší úhlopříčkou displeje je výrobce schopen zajistit jeho horizontální polohu při jakémkoliv náklonu RTG lampy (v horizontální ose), to je po uživatele velkou výhodou, jelikož u většiny standardních řešení se displej překlápá pouze mezi 0 a 90 stupni a např. při náklonu o 45 stupňů je takto otočen i displej.

Odpověď:

Zadavatel souhlasí a bude akceptovat stropní závěs 7” dotykovým displejem, který jinak splňuje všechny stanovené parametry v tomto bodě.

ZADAVATEL DÁLE AKTUALIZUJE ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

ÚPRAVA TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

VERTIGRAF: AUTOMATICKÉ DOBÍJENÍ DETEKTORU PO VLOŽENÍ DO BUCKY CLONY - AUTOMATICKÉ NABÍTÍ

PŘENOS SNÍMKŮ PŘI VLOŽENÍ DO VERTIGRAFU

VYŠETŘOVACÍ STŮL: AUTOMATICKÉ DOBÍJENÍ DETEKTORU PO VLOŽENÍ DO BUCKY CLONY - AUTOMATICKÉ NABÍTÍ A PŘENOS SNÍMKŮ PŘI VLOŽENÍ DO VYŠETŘOVACÍHO STOLU



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 22. 5. 2020 do 10:00 hodiny.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková