



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

Název veřejné zakázky: Mamograf pro Pardubickou nemocnici
Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2020-011560

V Pardubicích dne 20. 4. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 15. 4. 2020 následující dotaz, na který zadavatel podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V Technické specifikaci **část Digitální detektor**, zadavatel požaduje:

Velkoplošný flat panel digitální detektor s aktivní plochou min. 24x30 cm.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat přístroj s aktivní plochou 24x29 cm, rozlišením 70µm a hloubkou 14 bitů? Z praxe víme, že při vyšetření je podstatná zejména šířka detektoru. Přístroje námi nabízeného výrobce jsou jedny z nejprodávanějších v ČR a velikost aktivní plochy detektoru nikdy nebyla vnímána jako nedostatek.

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj s aktivní plochou 24x29 cm, rozlišením 70 µm a hloubkou 14 bitů tak, aby umožnil účast co největšímu počtu potenciálních dodavatelů.

Na základě tohoto tedy zadavatel upravuje text v rámci uveřejněné technické specifikace, kde na místo požadavku „*velkoplošný (flat panel) digitální detektor s aktivní plochou min. 24x30cm*“ je nově zadavatelem požadován „*velkoplošný (flat panel) digitální detektor s aktivní plochou min. 24x29cm*“.

Dotaz č. 2:

V Technických podmínkách pro mamograf zadavatel požaduje v části **3D Tomosyntéza** dobu snímkování při tomosyntéze max. 30 s.

Dotaz:

Požadavek provedení tomosyntézy max. do 30 vteřin považujeme za velmi shovívavý. Dnešní moderní přístroje pracují s časy v rádech vteřin a ne desítek vteřin. S ohledem na pohodlí pacienta by mohl zadavatel čas provedení výrazně zkrátit.

Název projektu: „Modernizace přístrojů a vybavení speciální zdravotní prostředky“,

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001580.

Tento projekt jsou spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na nastavených technických parametrech a v souvislosti s tímto dotazem nehodlá měnit zadávací podmínky, jelikož je přesvědčen, že úprava tohoto parametru by mohla mít diskriminační efekt.

S ohledem na uveřejnění tohoto vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do dne 25. 5. 2020 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz

Název projektů: „Modernizace přístrojů a vybavení speciální zdravotní prostředky“,
číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001580.

Tento projekt jsou spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.