

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Plicní ventilátory

Režim veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:

dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 27. 4. 2020

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

V příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky je požadováno:

- Nastavení PEEP alespoň 0-50 cm H₂O, nastavení inspiračního tlaku alespoň 5-100 cm H₂O, nastavitelný dechový objem alespoň 20-2000 ml, nastavení FiO₂ min. 21-100%.
- Flow trigger, pressure trigger, stavitelný náběh tlaku a expirační trigger min. 5-60 %.
- Minimální velikost dotykové ovládací obrazovky 17“.
- Monitorování tlaku a průtoku na Y-spojce pacienta, možnost měření přidaného tlaku intraalveolárního tlaku.
- Průtok: inspirační a expirační špička.
- Monitorace plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence inspirační i expirační, P01, expirační časová konstanta, automatické měření Auto PEEP, statické měření PV smyčky s možností provedení recruitment manévru s nastavením délky pauzy na konci nádechu a určením tlaku, automatické určení infekčních bodů.
- Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 60 min), napájení 230 V.
- Možnost rozšíření o modul integrovaného měření kapnometrie a kalorimetrie.

DOTAZ:

Bude, z důvodu účasti více uchazečů v této VZ, zadavatel akceptovat plicní ventilátor s následujícími parametry?

- Nastavení PEEP v rozsahu 0-50 cmH₂O, nastavení inspiračního tlaku v rozsahu 1-99 cmH₂O, nastavitelný dechový objem v rozsahu 20-2000 ml, nastavení FiO₂ v rozsahu. 21-100 %.
- Flow trigger, stavitelný náběh tlaku a expirační trigger v rozsahu min. 5-60 %.
- Velikost dotykové ovládací obrazovky 12“.
- Monitorování tlaku a průtoku distálně.
- Průtok: inspirační špička, dále možnost odečtu inspirační/expirační špičky z pozastavených křivek.
- Monitorace plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence, automatické měření Auto PEEP, zobrazení smyček vč. referenční smyčky, možnost analýzy smyček.
- Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 45 min), napájení 230 V.



- Možnost rozšíření o modul integrovaného měření kapnometrie, bez možnosti rozšíření o modul pro měření kalorimetrie.

Odpověď:

Zadavatel neakceptuje nabídku plicního ventilátoru s uvedenými parametry, protože zásadně směřují k nižší technické řadě přístrojů nevhodných pro anesteziologicko-resuscitační oddělení. Zadavatel trvá na původní technické specifikaci.

Dotaz č. 2:

Zadavatel definuje požadované technické parametry v příloze č. 2 Technické podmínky, mezi jinými

- *Minimální velikost dotykové ovládací obrazovky 17"*

Dotaz

Uchazeč nabízí dotykovou ovládací obrazovku pro medicínské účely o velikosti úhlopříčky 15" formátu 4:3. Tento formát má paradoxně vyšší výšku než je výška dnes běžně používaného širokouhlého formátu displeje 17", není tudíž z hlediska čitelnosti žádných omezení.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení zvláště, kdy lze řadu parametrů ventilace nezávisle zobrazovat na displeji patientských monitorů velikosti 19", s kterými je nabízený ventilátor kompatibilní ?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče, tedy formát obrazovky o velikosti úhlopříčky 15 palců s poměrem stran 4:3.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 14. 5. 2020 DO 10:00 HOD.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz