



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:   | Dodávka elektrokoagulace pro NPK a.a. - znovuvyhlášení část 2 |
| Druh zadávacího řízení:  | Otevřené řízení (ZZVZ)                                        |
| Předmět veřejné zakázky: | Dodávky                                                       |
| Režim veřejné zakázky:   | Nadlimitní                                                    |
| Zadavatel:               | Nemocnice Pardubického kraje, a.s.                            |
| Sídlo zadavatele:        | Kyjevská 44, 532 03 Pardubice                                 |
| IČO:                     | 27520536                                                      |

V Praze dne 30. 4. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz:

Uchazeč uvádí, že na současném trhu se nevyskytuje generátor, kde by uvnitř jednoho generátoru (přístroje) byly přítomny dva generátory.

#### 1. dotaz:

Může zadavatel osvětlit o jaký první generátor se jedná (tento generátor má parametry uváděné v specifikacích tohoto VŘ, tj. specifikační parametry se týkají tohoto prvního generátoru?)

O jaký druhý generátor (nezávislý) se zadavateli jedná? Prosíme o detailní specifikaci parametrů tohoto druhého generátoru. Jaké funkce má první generátor a jaké funkce má druhý generátor? Z jakého důvodu požaduje zadavatel dva nezávislé generátory uvnitř jednoho generátoru?

### Odpověď:

Od požadavku na dva nezávislé generátory jako součást přístroje Zadavatel upouští.

### Dotaz:

Zadavatel požaduje možnost připojení dalších systémů, jako příklad udává odsávačku kouře a propolachovou pumpu (pozn. Uchazeče - zřejmě překlep). Uchazeč disponuje řadou možností připojení dalších systémů, jako jsou mimo jiné i připojení k LAN systému nebo k harmonickému skalpelu.

#### 2. dotaz:

Může zadavatel osvětlit, proč vyžaduje připojení k proplachové pumpě, kdy oba přístroje spolu nemají nic společného a tento požadavek tedy nedává smysl? Může uchazeč nabídnout dalších několik náhradních možností připojení k přístrojům mimo proplachové pumpy?



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

Od požadavku na možnost připojení dalších systémů (proplachové pumpy) Zadavatel upouští.

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 3. 6. 2020  
DO 10:00 HODIN.**

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková