



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE  
PARDUBICKÉHO KRAJE

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:                | RTG Přístroje stacionární pro Litomyšlskou nemocnici                                                        |
| Druh zadávacího řízení:               | Otevřené řízení (ZZVZ)                                                                                      |
| Předmět veřejné zakázky:              | Dodávky                                                                                                     |
| Režim veřejné zakázky:                | Nadlimitní                                                                                                  |
| Zadavatel:                            | Nemocnice Pardubického kraje, a.s.                                                                          |
| Sídlo zadavatele:                     | Kyjevská 44, 532 03 Pardubice                                                                               |
| IČO:                                  | 27520536                                                                                                    |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva<br>Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva |

V Praze dne 6. května 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

V Technických požadavcích část Stropní závěs, zadavatel požaduje: min. 10" dotykový display na zobrazení expozičních parametrů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a náhledu snímku

„Zadavatel souhlasil ve vysvětlení zadávací dokumentace č.4, že bude akceptovat stropní závěs 7" dotykovým displejem, který jinak splňuje všechny stanovené parametry v tomto bodě.“

Bude zadavatel akceptovat řešení, které splňuje tento požadavek jiným způsobem? Kde stropní závěs disponuje displejem, zobrazujícím expoziční parametry, identifikační údaje pacienta, úhel náklonu a SID. Náhled snímku je pak k dispozici na separátním 21" monitoru ve snímkovně. Toto řešení splňuje požadavek zadavatele a výrazně převyšuje medicínský účel, tj. zobrazení skiagrafického snímku pro možnost náhledu, než stávající požadované řešení zobrazení na 7" displeji.

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat výše uvedené řešení. Zobrazení náhledu RTG na clonách, tzn. na vyšetřovně u pacienta, je pro obsluhu úspora času a uživatelsky nezbytná funkce. Obsluha je mimo vyšetřovnu pouze při expozici a k dalšímu vyšetření u pacienta přistupuje již s náhledem předcházející expozice a může rozhodnout o dalším postupu vyšetření. Lze tak výrazně zkrátit vyšetření na nejnížší možnou dobu.

### Dotaz č. 2

V Technických požadavcích část Vyšetřovací stůl, výškově nastavitelný s plovoucí deskou, zadavatel požaduje: nosnost stolu min. 300 kg

Bude zadavatel akceptovat řešení s nosností stolu max. do 295 kg? Jedná s o marginální rozdíl, který nemá vliv na medicínské využití.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat výše uvedené řešení. Marginální rozdíly parametrů mohou mít zásadní rozdíl v ceně a kvalitě nabízeného plnění.

**ZADAVATEL V SOULADU S § 98 Odst. 4 ZÁKONA PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE DO 27. 5. 2020 DO 10:00 HODIN.**

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková