



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Centrifugy a barvicí automat
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Pardubicích dne 13.5.2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o vysvětlení, co je míněno minimální kapacitou 1000 l, je to správně?

Děkuji.

Odpověď:

Zadavatel v příloze zadávací dokumentace č. 4 - Technické podmínky v části veřejné zakázky č. 1 nazvané „Část 1 - Centrifugy“ opravuje jednotku u čísla vyjadřujícího minimální kapacitu tak, že původní znění textu

- minimální kapacita 1000 l

opravuje na nové znění textu, které je v tabulce označeno barevně:

- minimální kapacita 1000 ml

V návaznosti na výše uvedené změny zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu - soubor „Příloha č. 4 - Technické podmínky - Centrif a bar aut Revize 1“ na profilu zadavatele ve složce „Zadávací dokumentace“ a ve složce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“. Zadavatel odešle k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek. Ostatní ustanovení a podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

Příloha:

Příloha č. 4 - Technické podmínky - Centrif a bar aut Revize 1

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 15. 6. 2020 DO 10:00 HODIN.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.