

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	2 ks RTG přístroje stacionární a 1 ks pojízdný RTG přístroj pro Svitavskou nemocnici
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 15. května 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Pasáž v ZD: přílohač.5 ZD, technická specifikace, str. 1

Nejasnost se týká požadavku: - nastavování pozice RTG zářiče Zadavatel ve svých technických požadavcích v úvodu jasně uvádí, že požaduje „Skiagrafický RTG komplet nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro přímou digitální skiografii ... při maximální možné míře automatizace činností“. V tomto kontextu je v řádku 7 tabulky požadováno „Automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče, automatické pohyby dle orgánové automatiky“.

Chceme se tímto ujistit, že předchozími dotazy a odpověďmi není nijak dotčen požadavek na automatické nastavování pozice RTG zářiče dle orgánové automatiky.

Může nám Zadavatel potvrdit, že jeho požadavek na automatické nastavování pozice RTG zářiče dle orgánové automatiky je stále požadován?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že dotazovaný požadavek na automatické nastavování pozice RTG zářiče dle orgánové automatiky je stále Zadavatelem požadován.

Dotaz č. 2

Pasáž v ZD: přílohač.5 ZD, technická specifikace, str. 3

Nejasnost se týká požadavku: - volný bezdrátový voděodolný detektor



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Přestože se požadavek na voděodolnost detektoru jeví srozumitelným, tak vzhledem ke spekulativním postojům některých dodavatelů se chceme ujistit, že voděodolností detektoru má Zadavatel na mysli voděodolnost celého detektoru, zejména pak konektoru a baterie, a nikoli pouze vrchní-přední části detektoru. A že takováto voděodolnost má být deklarována výrobcem detektoru a vztahuje se na všechny volné detektory.

Může nám Zadavatel potvrdit, že požadavku na voděodolnost detektoru rozumíme správně?

Odpověď:

Dodavatel nerozumí požadavku zadavatele na voděodolnost detektoru zcela správně. Vzhledem k tomu, že by konkretizací daného požadavku voděodolnosti mohlo dojít omezení některých potenciálních dodavatelů, Zadavatel sděluje, že požaduje dodržet technické specifikace týkající se voděodolnosti uvedené v zadávací dokumentaci.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková