



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Anaerobní box pro OKM Pardubické nemocnice
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 22. 5. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Je požadována přesná regulace teploty v rozsahu min. +15°C - (až) 35°C.

Dotaz směřoval k tomu, zda je opravdu požadován box, jež by uměl chladit, nikoliv kvůli znaménku „-“, jež bylo správně chápáno jako „až“, ale kvůli požadavku na 15°C, bez odkazu na teplotu v místnosti (např. RT+5°C, což bývá obvyklé zadání u tohoto typu boxu a znamená, že nejnižší požadovaná teplota uvnitř vychází z teploty v místnosti a pohybuje se cca 5°C nad ní). Tak jak je požadavek specifikován nyní znamená, že zadavatel požaduje dosažení teploty uvnitř boxu 15°C, což je o cca 5-10°C méně, než je běžná pokojová teplota a aby box mohl této teploty dosáhnout musí být chlazený, což je požadavek neobvyklý.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že nepožaduje chlazení (je myšlena regulace při pokojové teplotě v rozmezí min. +15°C - (až) 35°C))

2. Je požadován bezúdržbový katalyzátor s periodou výměny min. 1 rok nebo delší

Součástí námi nabízeného řešení jsou 2 paladiové katalyzátory, jež vyžadují občasné „vypékání“ v horkovzdušném sterilizátoru, na druhou stranu mají prakticky neomezenou životnost, tedy bez nutnosti výměny nebo dokupování v průběhu životnosti přístroje. Je toto řešení přípustné?

Odpověď:

Řešení nabízené dodavatelem není přípustné.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Kolářková