



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Multidetektorový CT přístroj pro Chrudimskou nemocnici
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 25. 5. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

V zadaných parametrech zadavatelem je uvedena minimální hodnota výkonu generátoru 80 kW. Tato hodnota odpovídá systému CT s hodnotou maximálního volitelného proudu cca 650 mA. Zároveň zadavatel požaduje systém vybavený: „rekonstrukce obrazu iterativní metodou z RAW dat při zachování stejné rychlosti rekonstrukce min. 18 obr./s“. Nové technologie používané v námi dodávaných přístrojích zajišťují dosažení stejných klinických výsledků s generátorem 72 kW v kombinaci se systémem ASiR-V. Bude zadavatel akceptovat systém s generátorem o výkonu 72 kW, čemuž odpovídá hodnotou maximálního volitelného proudu 600 mA, vybavený výkonným systémem s iterativní metodou ASiR-V, kde ekvivalent výkonu generátoru činí 400kW a rychlost rekonstrukce 35 obr./s? Jedná se o inovativní technické řešení, které dosahujeme stejných nebo lepších klinických výsledků při současném snížení radiační zátěže.

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková