



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Pardubicích dne 26. 5. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Pro 1. část veřejné zakázky - 3 porodní lůžka pro porodnicko-gynekologické oddělení Pardubické krajské nemocnice a 1 porodní lůžko pro gynekologicko-porodnické oddělení Chrudimské nemocnice.

Vážení,

obracím se na Vás s dotazem, zda můžeme v této části veřejné zakázky v rámci zpřístupnění zakázky více dodavatelům nabídnout naše porodní lůžko.

Dotaz č. 1:

V příloze č. 4 ZD požadujete minimální šířku lůžka 980 mm. Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout lůžko se šířkou 970 mm.

Odpověď:

Šířka lůžka min. 980 mm – tím je myšlena celková šířka lůžka (ne pouze ložné plochy); pokud tazatel neplní tento bod, může zadavatel akceptovat navrhovanou úpravu na min. 970 mm.

Dotaz č. 2:

Dále požadujete možnost nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní a zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele. Prosím o informaci, zda můžeme nabídnout porodní lůžko s možností zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele, bez možnosti nastavit samostatně výšku podnožního dílu. Námi vyráběné a nabízené porodní lůžko splňuje ostatní technické parametry a v některých parametrech i významně předčí Vaše očekávání popsané v příloze č. 4 ZD.

Název projektu: „Modernizace lůžkového fondu“,
reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001548

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

Zadavatel nemůže akceptovat navrhované řešení tazatele; výškové nastavení dílu je důležité kvůli možnosti využití různých porodních poloh a pro zvýšení komfortu pacientek. Zároveň ale zadavatel zpřesňuje parametr a již netrvá na funkci zasunutí celého nožního dílu pod rám postele a stačí pouze možnost nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní.

Dotaz č. 3:

Dobrý den, prosím o vysvětlení zadávací dokumentace. V technických parametrech je dosti matoucí o kolik kusů se jedná. Nedokážu jsi vyvodit z předpokládané hodnoty počet kusů. Jedná se mi o rehabilitační lehátka, jelikož je tam jen 5ks s hodně vysokým předpokladem. Jedná se jen o 5kusů? Dále bych se rád zeptal na dětská lůžka, tam se jedná jen o jedno dětské lůžko a 10ks novorozeneckých? děkuji za odpověď.

Odpověď:

Počty mají být následující:

Dětské lůžko – celkem 18 ks (10 ks Ústí, 8 ks Pardubice)

Novorozenecké – celkem 10 ks (Pardubice)

Vyšetřovacích stolů je opravdu jen 5 ks

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 29. 6. 2020
DO 10:00 HODIN.**

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.