



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Multidetektorový CT přístroj pro Svitavskou nemocnici
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 28. 5. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz 1:

Zadavatel požaduje ve specifikaci přístroj s funkcí „automatické nastavení kV před skenováním“.

Tato funkce obecně slouží ke snížení radiační zátěže pacienta. Dodáváme moderní přístroje, které stejného účelu dosahují jiných technickým řešením.

Bude zadavatel akceptovat řešení s prostředky snižujícími radiační zátěž pacienta jako jsou nejvyšší iterativní rekonstrukční nástroje ASiR-V a aplikace Organ dose modulation? Tyto funkce umožňují dosáhnout snížení radiační zátěže o 82% a navíc usnadňují práci obsluhy. Jedná se o rovnocenné řešení v souladu s §89 zákona č. 134/2016 Sb.

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat řešení dodavatele.

### Dotaz 2:

Zadavatel požaduje ve specifikaci přístroj s vysokokontrastním rozlišením v LP/cm @ 0 % MTF min. 21 LP/cm. Tento parametr odpovídá systému určenému pro provádění techniky GSI, kterou však zadavatel nepožaduje.

Současně s touto zakázkou zadavatel vypsál zakázky na dodávku CT přístroj pro Chrudimskou nemocnici. Přístroj pro Chrudimskou nemocnici je stejné kategorie, jako přístroj pro Svitavskou nemocnici. U přístroje pro Chrudimskou nemocnici zadavatel požaduje vysokokontrastní rozlišení v LP/cm @ 0 % MTF min. 16 LP/cm.

Bude zadavatel akceptovat přístroj s parametrem vysokokontrastního rozlišení v LP/cm @ 0 % MTF 19.7 lp/cm? Odchyłka 6% od hodnoty požadované zadavatelem nemá žádný klinický význam.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat řešení dodavatele.

### Dotaz 3:

Zadavatel požaduje ve specifikaci přístroj umožňující nejkratší čas 360° rotace pro helikální skenování max. 0,35 s. Tato hodnota odpovídá rychlosti posunu stolu 170 mm/s při helikálním skenování při použití pitch 1.5. Bude zadavatel akceptovat řešení s parametrem nejkratší čas 360° rotace pro helikální skenování 0,4s, která odpovídá rychlosti posunu stolu 150 mm/s při helikálním skenování za použití pitch 1.5, přičemž



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

**současně toto řešení umožňuje dosáhnout zadavatelem požadovanou hodnotu času 360° rotace 0,35 s pro kardio aplikace?**

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat řešení dodavatele.

**Dotaz č. 4**

**Zadavatel požaduje demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího CT a vydání protokolu o likvidaci. Bude zadavatel akceptovat zpětný odkup stávajícího stroje nikoliv ekologickou likvidací?**

Odpověď:

Zadavatel trvá na demontáži a ekologické likvidaci stávajícího CT s vydáním protokolu o likvidaci. Zadavatel neumožňuje zpětný odkup stávajícího stroje.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková