

**Příloha č. 1 – Splnění technických požadavků na zdravotnické lůžko s antidekubitní matrací****k veřejné zakázce:****"Dodávka zdravotnických lůžek s příslušenstvím"****Evidenční číslo zakázky: LDN 003/2020VZMR****Specifikace předmětu dodávky**

Výběr designových prvků (barvy materiálů) upřesní zadavatel s vybraným uchazečem.

**Nemocniční (zdravotnické) lůžko – 23 ks**

- **provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010**
- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí,
- minimálně 3dílné lůžko polohovací, elektrické s polohováním zádové, stehenní a lýtkové části,
- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15 % a nožní části 40° s tolerancí +/- 15 % pomocí elektromotoru,
- velikost ložné plochy 85x200 cm s možností prodloužení ložné plochy,
- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 40 – 80 cm, nejnižší poloha ložné plochy max. 40 cm,
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 170 kg,
- postranice zajišťující pacienta proti pádu po  $\frac{3}{4}$  délky ložné plochy,
- úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části,
- kolečka v průměru minimálně 125 mm s centrální brzdou se směrovou aretací ovládanou pomocí dvou nožních pedálů – kolečka uložená pod ložnou plochou lůžka,
- díly ložné plochy kompaktní s dezinfikovatelností,
- plastový kryt podvozku,
- kryt motoru ochraňující motor při provádění umývání a desinfekce lůžka,
- ruční ovladač polohování s blokací polohovacích funkcí,
- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka pryžová,
- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu.

**Požadované příslušenství:**

- **Antidekubitní matrace**
  - hustota jádra min. 40 kg/m<sup>3</sup>
  - výška min. 14 cm
  - voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah např. potah hygienickou fólií, rozepínatelný ze tří stran
  - potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi
  - svařované švy
  - možnost praní při 60 – 90°C
  - použití v riziku dle stupnice Nortonové – min. III.
- **Hrazda s výškově stavitelnou rukojetí**
- **Držák močové láhve**
- **Držák infuzních roztoků**

Specifikace zdravotnických lůžek	Doplňující uchazeč (ANO/NE)	Doplňující uchazeč (Popis)
provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010		
materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí		
minimálně 3dílné lůžko polohovací, elektrické s polohováním zádové, stehenní a lýtkové části		
polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15 % a nožní části 40° s tolerancí +/- 15 % pomocí elektromotoru		
velikost ložné plochy 85x200 cm s možností prodloužení ložné plochy		
výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 40 – 80 cm, nejnižší poloha ložné plochy max. 40 cm		
bezpečná pracovní zátěž minimálně 170 kg		
postranice zajišťující pacienta proti pádu po 3/4 délky ložné plochy		
úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části		
kolečka v průměru minimálně 125 mm s centrální brzdou se směrovou aretací ovládanou pomocí dvou nožních pedálů – kolečka uložená pod ložnou plochu lůžka		
díly ložné plochy kompaktní s dezinfikovatelností		
plastový kryt podvozku		
kryt motoru ochraňující motor při provádění umývání a desinfekce lůžka		
ruční ovladač polohování s blokadí polohovacích funkcí		
ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka pryžová		
pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu		

Specifikace antidekubitní matrace	Doplňující uchazeč (ANO/NE)	Doplňující uchazeč (Popis)
hustota jádra min. 40 kg/m <sup>3</sup>		
výška min. 14 cm		



# Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví

IČ: 00190560

voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah např. potah hygienickou fólií, rozepínatelný ze tří stran		
potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi		
svařované švy		
možnost praní při 60 – 90°C		
použití v riziku dle stupnice Nortonové – min. III.		

Specifikace příslušenství	Doplň uchazeč (ANO/NE)	Doplň uchazeč (Popis)
hrazda s výškově nastavitelnou rukojetí		
držák močové láhve		
držák infuzních roztoků		