



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČO:** 27520536

**Název veřejné zakázky:**  
**Instrumentarium**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní  
**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

V Pardubicích dne 29. 6. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí v příloze č. 4 zadávací dokumentace – „Technické podmínky pro část 1 veřejné zakázky“ technickou specifikaci na lopatky Caspar:

Lopatka Caspar, délka lopatek 70x15mm, nerez, 2 zuby  
Lopatka Caspar, délka lopatek 40x15mm, nerez, 2 zuby  
Lopatka Caspar, délka lopatek 70x15mm, nerez, ostré zuby  
Lopatka Caspar, délka lopatek 70x15mm, nerez, tupé zuby  
Lopatka Caspar, délka lopatek 40x15mm, nerez, ostré zuby

Uchazeč po detailním rozboru uvádí, že tyto rozměry pro nerezové lopatky Caspar neexistují u žádného výrobce a dodavatele rozvěračů Caspar v České republice ani ve světě. Uchazeč se proto domnívá, že se zřejmě jedná o překlep. Standardem pro šířku lopatek, dle všech výrobců rozvěrače Caspar je 22-23mm, tedy rozměr který se liší o 7mm od technické specifikace zadavatele. Dotaz: Umožní zadavatel uchazeči účast s rozměry lopatek Caspar 70x22mm a 40x22mm?


### Odpověď

Zadavatel na základě dotazu provedl AKTUALIZACI Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – „Technické podmínky pro část 1 veřejné zakázky“. Aktualizovaná technická specifikace je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace.

## Dotaz č. 2

žádáme o upřesnění rozměru a x b viz obrázek u instrumentů v zadávací dokumentaci č. 1 veřejné zakázky „Instrumentária“, kde není jednoznačně poznat, zda rozměr 50 mm je rozměr a nebo b. Jedná se o tyto instrumenty:

- Hák-prohnutý list 50 mm, délka 200 mm
- Hák pravoúhlý 50 mm, délka 190-210 mm
- Hák list 30 mm, délka 180 mm
- Hák list 50 mm, průměr 230 mm



Zároveň prosím bližší specifikaci pro „pravoúhlý ; prohnutý ; list“ . Nejlépe obr. Nebo foto.

## Odpověď

Hák pravoúhlý 50 mm, délka 190-210 mm



Hák prohnutý list 50 mm, délka 200 mm



### Dotaz č. 3

Dobrý den,  
v příloze číslo 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 4 veřejné zakázky nejsou v tabulce vyplněny počty kusů jednotlivých nástrojů. Prosím Vás o jejich doplnění.

### Odpověď

Zadavatel provedl AKTUALIZACI Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – „Technické podmínky pro část 4 veřejné zakázky“. Aktualizovaná technická specifikace je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace.

### TOLERANCE NA ČÍSELNÉ PARAMETRY

Zadavatel v příloze č. 4 zadávací dokumentace Technické podmínky pro každou část veřejné zakázky nově připouští toleranci  $\pm 10\%$  na číselné parametry, které nejsou označeny jako minimální či maximální. Aktualizovaná Příloha č. 4 pro každou část veřejné zakázky, tj. část 1 – 10, je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.



### **AKTUALIZACE ČLÁNKU III. ODS. 1 PŘÍLOHY Č. 3 ZÁVAZNÝ NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY**

Zadavatel upravuje v Příloze č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh kupní smlouvy znění článku III. odst. 1 v rámci, kterého nebude nabídkovou cenu rozčleňovat dle uvedených položek a bude ponechána pouze jedna kupní cena. Aktualizovaná příloha č. 3 zadávací dokumentace je uložena v oddíle Zadávací dokumentace.

### **ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 3. 8. 2020 DO 10:00 HODIN.**

Seznam příloh:

1. Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ
2. Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 2 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ
3. Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 3 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ
4. Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 4 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ
5. Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 5 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ
6. Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 6 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ
7. Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 7 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ
8. Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 8 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ
9. Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 9 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ
10. Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 10 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.