



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:   | Centrifugy a barvicí automat       |
| Druh zadávacího řízení:  | Otevřené řízení (ZZVZ)             |
| Předmět veřejné zakázky: | Dodávky                            |
| Režim veřejné zakázky:   | Nadlimitní                         |
| Zadavatel:               | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |
| Sídlo zadavatele:        | Kyjevská 44, 532 03 Pardubice      |
| IČO:                     | 27520536                           |

V Pardubicích dne 1.7. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1:

Dobrý den, v zadávací dokumentaci je u několika centrifug uveden požadavek "výkyvný rotor 4x200 ml (min. 5000 rpm)". Můžete prosím specifikovat požadovanou hodnotu RCF? Při větším průměru rotoru je stejná RCF dosažitelná i při nižším RPM (a naopak, menší rotor při RPM 5000 nemusí dosahovat požadované RCF).

**Odpověď:** Zadavatel specifikoval u všech požadovaných centrifug nastavení rychlosti v jednotkách RPM, dále u některých centrifug požaduje centrifugaci v jednotkách RCF x g. V případě, že ale u některých centrifug Zadavatel neudává údaj RCF x g, nebyl tento údaj definován klinickým oddělením jako klíčový pro hodnocení. A proto již nebude Zadavatel upřesňovat tento údaj, protože by mohlo dojít k omezení potenciálního spektra uchazečů.

**Zadavatel neprovedl změnu ani doplnění zadávací dokumentace, které by vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.