



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Laboratorní mikroskopy
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Pardubicích dne 2. 7. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Vznáším dotazy k výběrovému řízení s názvem „Laboratorní mikroskopy“

Pro část 1. Laboratorní mikroskopy pro PAO Pardubické nemocnice.

Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1 veřejné zakázky

V zadávací dokumentaci je u Mikroskopu č. 3 napsáno a požadováno.

Položka veřejné zakázky	Laboratorní mikroskopy pro Patologicko-anatomické oddělení Pardubické nemocnice – 3 ks	
Závazné charakteristiky a požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Mikroskop č. 3 Lékařský mikroskop s LED osvětlením a diskusním zařízením - 1 ks		
Objektivy 4x 10x 20x 40 x třída Plan Achromát , Objektiv 60x třída Achromát, polarizace, kamerový port s kamerou.	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)

Požadováno:

Mikroskop č. 3 Lékařský mikroskop s LED osvětlením a diskusním zařízením - 1 ks

Objektivy 4x 10x 20x 40 x třída Plan Achromát , Objektiv 60x třída Achromát, polarizace, kamerový port s kamerou.

Dotaz č. 1:

Je uvedení **kamerový portu s kamerou** v charakteristice VZ správné?



Dále již o kamerovém portu a kameře u mikroskopu číslo 3 není žádná bližší specifikace, a tudíž se domníváme, že tato specifikace (kamerový port s kamerou) neměl u tohoto mikroskopu být.

Odpověď:

Zadavatel v příloze zadávací dokumentace č. 4 - Technické podmínky pro část 1 veřejné zakázky nazvané „Laboratorní mikroskopy pro PAO Pardubické nemocnice“ opravuje u položky **Mikroskop č. 3 Lékařský mikroskop s LED osvětlením a diskusním zařízením - 1 ks** parametr „Objektivy 4x 10x 20x 40 x třída Plan Achromát , Objektiv 60x třída Achromát, polarizace, kamerový port s kamerou“, kde vypouští požadavek na kamerový port s kamerou.

Nové znění parametru:

Objektivy 4x 10x 20x 40 x třída Plan Achromát , Objektiv 60x třída Achromát, polarizace

Dotaz č. 2:

Číslo části	Část veřejné zakázky	Minimální rozsah významné dodávky pro danou část veřejné zakázky
1	Laboratorní mikroskopy pro PAO Pardubické nemocnice	Za významnou dodávku je považována dodávka laboratorního mikroskopu pro patologicko-anatomické oddělení.
2	Laboratorní mikroskopy pro HTO a OKH	Za významnou dodávku je považována dodávka jednoho laboratorního mikroskopu pro HTO a jednoho laboratorního mikroskopu pro OKH.

V části číslo 1 je požadováno

Za významnou dodávku je považováno dodávka laboratorního mikroskopu **pro patologicko-anatomické oddělení.**

V části číslo 2 je požadováno

Za významnou dodávku je považováno dodávka jednoho laboratorního mikroskopu **pro HTO a jednoho laboratorního mikroskopu pro OKH.**

Dotaz:

Musí být doloženo dodávkami mikroskopů pro tato oddělení, nebo stačí doložit obecně dodávkami laboratorních mikroskopů? Tj. bez specifikace oddělení.

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu upravuje znění bodu 4.4 písm. a) zadávací dokumentace.

Původní znění:

4.4 Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

a) dle ust. 79 odst. 2 písm. b) zákona:



seznam nejméně **jedné významné dodávky** obdobného charakteru realizované dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Seznam významných dodávek bude obsahovat identifikaci objednatele, cenu dodávky a dobu plnění. Minimální požadavky na významnou dodávku pro každou část veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tabulce.

Číslo části	Část veřejné zakázky	Minimální rozsah významné dodávky pro danou část veřejné zakázky
1	Laboratorní mikroskopy pro PAO Pardubické nemocnice	Za významnou dodávku je považována dodávka laboratorního mikroskopu pro patologicko-anatomické oddělení.
2	Laboratorní mikroskopy pro HTO a OKH	Za významnou dodávku je považována dodávka jednoho laboratorního mikroskopu pro HTO a jednoho laboratorního mikroskopu pro OKH.

Nové znění:

4.4 Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

a) dle ust. 79 odst. 2 písm. b) zákona:

seznam nejméně **jedné významné dodávky** realizované dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. **Za významnou dodávku pro každou část veřejné zakázky je považována dodávka laboratorního mikroskopu.** Seznam významných dodávek bude obsahovat identifikaci objednatele, cenu dodávky a dobu plnění.

Ostatní ustanovení bodu 4.4 zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel provádí změnu v počtu kusů laboratorního mikroskopu pro oddělení klinické hematologie Pardubické nemocnice. Původní požadavek na 2 kusy mění na požadavek na 1 kus.

Po opravě:

Číslo části	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Počet kusů	Místo plnění
1	Laboratorní mikroskopy pro PAO Pardubické nemocnice	Lékařský mikroskop s LED osvětlením	1	Pardubická nemocnice, patologicko-anatomické oddělení
		Lékařský mikroskop s LED osvětlením, polarizací a kamerou	1	
		Lékařský mikroskop s LED osvětlením a diskusním zařízením	1	
2	Laboratorní mikroskopy pro HTO a OKH	Laboratorní mikroskop pro hematologicko-transfuzní oddělení Svitavské nemocnice	1	Svitavská nemocnice, hematologicko-transfuzní oddělení
		Laboratorní mikroskop pro oddělení klinické hematologie Pardubické nemocnice	1	Pardubická nemocnice, oddělení klinické hematologie



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky zůstává **BEZE ZMĚNY** ve výši **991 735,- Kč bez DPH**.

V návaznosti na výše uvedené změny zadavatel uveřejňuje upravenou Přílohu č. 4 ZD - Technické podmínky pro část 1 a Technické podmínky pro část 2 na profilu zadavatele ve složce „Zadávací dokumentace“ a ve složce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“.

Příloha:

Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ

Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky, část 2 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 3. 8. 2020 DO 09:00 HODIN.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.