



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 16. července 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Dotaz směřuje na Přílohu č.4 zadávací dokumentace- technické podmínky pro část zakázky č.3

Elektroultrazvukový přístroj II. v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“).

V rámci závazných technických charakteristik a požadavků na část zakázky č.3 „Elektroultrazvukový přístroj typ II.“ požaduje zadavatel trvání pulzu/šířka v rozmezí min. 30 - 1000 μ s.

Přístroje s bezdrátovou technologií, kterou zadavatel požaduje, jsou dostupné standardně s maximálním trváním pulzu/šířkou do 400 μ s

Náš dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s hodnotou trvání pulzu/šířka v rozmezí min. 30 - 400 μ s?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje s hodnotou trvání pulzu/šířka v rozmezí min. 30 - 400 μ s.

NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVÁ LHŮTA JE STANOVENA DO 24. 8. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem.

Mgr. Kateřina Koláčková