



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Dodávka nemocničních lůžek a stolků
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 24. července 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks - 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 44-75 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn zdvih lůžka i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěn zdvih jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 2

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks - 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „polohování zádového a stehenního dílu pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno polohování zádového a stehenního dílu i jinak než jen pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěno polohování jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 3

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks - 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „polohování lýtkového dílu mechanicky“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno polohování lýtkového dílu i jinak než mechanicky, kupř. elektromotorem? Proč je připuštěno polohování jen mechanicky, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i pomocí elektromotoru?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 4

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks - 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „funkce TR/ATR min. 14° pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěna funkce TR/ATR min. 14° i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěno polohování jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým polohováním?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 5

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks - 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného počtu dílů, kupř. třídílná nebo pětídílná? Proč není připuštěn jiný počet dílů, když i s jiným počtem dílů lze dosáhnout srovnatelného účinku a bezpečnosti?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 6

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného materiálu dřív, kupř. kovu? Proč není připuštěn i jiný materiál dřív, když mohou splňovat stejné nároky na čištění a údržbu?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 7

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks - 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 2) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Budou zadavatelem připuštěna čela z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál čel. Proč je požadován jen plast?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 8

Není zřejmé, zda má být každé lůžko s jiným dekorem, nebo si bude zadavatel dekory následně vybírat? Kdy a jak si v takovém případě bude zadavatel, a za jakých podmínek, vybírat dekory?

Odpověď:

Konkrétní množství jednotlivých dekorů budou určena po skončení soutěže před podpisem kupní smlouvy.

Dotaz č. 9

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks - 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 2) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spouštění a s dodatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem“. K tomu pokládáme následující dotaz:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Budou zadavatelem připuštěna postranice z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál postranic. Proč je požadován jen plast? Proč není připuštěn jiný materiál? U jiných typů lůžek není materiál postranic předepsán, proč je předepsán zde?

Odpověď:

Tazatel zřejmě přehlédl, že tento dotaz byl již zodpovězen ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ ze dne 24.6.2020

Dotaz č. 10

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks - 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 2) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „patientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítlnou“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno, aby v uvedeném ovladači nebyla integrována svítlna?

Není zřejmé, proč musí být součástí svítlna, proč není připuštěn ovladač bez svítilny? Proč je požadována integrovaná svítlna?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 11

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks - 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 2) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „držáky na infuzní stojan, hrazdu“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků na infuzní stojan. Kolik má být těchto držáků? Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků na hrazdu. Kolik má být těchto držáků?

Odpověď:

Ze závazných charakteristik a požadavků je zcela zřejmé, že lůžko musí obsahovat držák na infuzní stojan a držák na hrazdu, tzn. min. 1 ks od každého (požadavek je na držáky -množné číslo - tedy celkem min. 2 ks)

Dotaz č. 12

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „díly ložné plochy plastové odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Budou zadavatelem připuštěny uvedené díly ložné plochy i z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál těchto dílů. Proč je požadován jen plast, když i jiné materiály lze jednoduše čistit?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 13

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „bezpečná pracovní zátěž minimálně 260 kg“. K tomu pokládáme následující dotazy:

a) Bude možné nabídnout lůžko s pracovní zátěží minimálně 250 kg?

Odpověď:

ANO, zadavatel bude akceptovat lůžko s pracovní zátěží 250 kg.

b) Nemá být zřejmé, proč je používán pojem pracovní zátěž, proč není používán pojem nosnost?

Odpověď:

Pojem pracovní zátěž vyjadřuje celkovou nosnost lůžka (pacienta a vybavení)

c) Proč je vyžadováno o 10 kg více než v případě specifikace u Lůžka typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)?

Odpověď:

Bylo akceptováno snížení.

Dotaz č. 14

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm pro bezpečnou péči a mobilizaci rizikového pacienta, bezpečnou práci personálu“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn zdvih ložné plochy i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěna uvedená funkce jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další doavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 15

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200 x 90 cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude zadavatelem připuštěna polohovatelnost i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěna uvedená funkce jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním? Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného počtu dílů, kupř. třídílná nebo pětídílná? Proč není připuštěn i jiný počet dílů, když lze dosáhnout rovnocenného účinku a bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 16

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 28 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude umožněno nabídnout lůžko s integrovaným prodloužením/zkrácením o minimálně 20 cm?

Odpověď:

ANO, zadavatel bude akceptovat prodloužení lůžka o min. 20 cm

Dotaz č. 17

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „náklon do TR/ATR polohy minimálně 14° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizace pacienta“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn náklon do TR/ATR polohy minimálně 14° i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěna uvedená funkce jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 18

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „mechanické rychlospuštění zádového dílu při CPR“. K tomu pokládáme následující dotaz:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Bude zadavatelem připuštěno rychlospuštění zádového dílu při CPR i jinak než mechanicky, kupř. pomocí elektromotoru? Proč je připuštěna uvedená funkce jen mechanicky, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i pomocí elektromotoru?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 19

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „hliníková čela, výplň HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude umožněno nabídnout lůžko s kovovými čely, výplní HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů? Proč je vyžadováno pouze hliníkové čelo? Bude možné nabídnout rovněž čelo z jiného materiálu? Není dále zřejmé, kdy budou barevné dekory vybírány; kdy budou vybírány?

Odpověď:

Obdobný dotaz byl již položen k lůžku typ IV. pro Geriatrii a bylo vyhověno nabízenému řešení.

ANO. Zadavatel tedy bude i v tomto případě akceptovat lůžko s kovovými čely.

Dotaz č. 20

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „hliníkové dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude umožněno nabídnout lůžko s hliníkovými spustitelnými postranicemi, aretovatelnými minimálně ve 4 pozicích, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka? Proč je vyžadován jako materiál pouze hliník, bude možné nabídnout postranice z jiného materiálu, kupř. z jiného kovu či plastu?

Odpověď:

NE - Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče a splňuje je více výrobců.

Dotaz č. 21

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „výška postranic dostatečná pro použití aktivního AD systému, tj. minimálně 39 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude umožněno nabídnout lůžko s výškou postranic 38 cm?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

ANO, zadavatel akceptuje lůžko s výškou postranic 38 cm, pokud bude při této výšce postranic možné použití aktivního AD systému.

Dotaz č. 22

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr minimálně 125 mm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude umožněno nabídnout lůžko s kolečky s centrálním ovládáním brzd, průměr 125 mm, dvojitá? Není zřejmé, proč nejsou připuštěna i dvojitá kolečka; proč nejsou připuštěna, když s nimi lze dosáhnout rovnocenného účinku i bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 23

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 4) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „univerzální lišty a držáky na příslušenství“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Co jsou to univerzální lišty a držáky na příslušenství? Není zřejmé, co jsou takové univerzální lišty a držáky na příslušenství. Není zřejmý minimální požadovaný počet lišt. Kolik má být těchto lišt? Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků. Kolik má být těchto držáků?

Odpověď:

Formulaci „univerzální držák“ používá tazatel i ve svých produktových listech. Jedná se o obecně zavedené označení, které není potřeba blíže specifikovat. Univerzální lišta (nebo též eurolišta) je obdobný příklad. Co se týče množství - podle uvedeného množného čísla (lišty a držáky) je patrné, že požadujeme min. 2 ks od každého.

Dotaz č. 24

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 4) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zvukový alarm nezabrzdněného lůžka“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Není zřejmé, proč je alarm nezabrzdněného lůžka požadován dvakrát (viz též položka pod Závazné charakteristiky a požadavky v tabulce na str. 4 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky shora). Není zřejmé, zda „zvukový alarm nezabrzdněného lůžka“ je totožný s „alarmem nezabrzdněného lůžka“. Je to totéž, nebo jde o něco jiného?

Odpověď:

Jedná se o stejný parametr, který je v požadavcích uveden chybně dvakrát.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz č. 25

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ III. (20 ks JIP Pardubice)“ (na str. 4) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn zdvih lůžka i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěna uvedená funkce jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 26

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ III. (20 ks JIP Pardubice)“ (na str. 4) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Polohování zádového a stehenního dílu pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno polohování zádového a stehenního dílu i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěna uvedená funkce jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 27

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ III. (20 ks JIP Pardubice)“ (na str. 4) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „polohování lýtkového dílu mechanicky“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno polohování lýtkového dílu i jinak než mechanicky, kupř. elektromotorem? Proč je připuštěna uvedená funkce jen mechanicky, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i pomocí elektromotoru?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 28

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ III. (20 ks JIP Pardubice)“ (na str. 4) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „funkce TR/ATR min. 14° pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěna funkce TR/ATR min. 14° i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěna uvedená funkce jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickou funkcí?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 29

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ III. (20 ks JIP Pardubice)“ (na str. 4) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného počtu dílů, kupř. třídílná nebo pětídílná? Proč není připuštěn i jiný počet dílů, když lze i s jiným počtem dílů dosáhnout stejných účinků a bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného materiálu dílů, kupř. kovu? Proč není připuštěn i jiný materiál dílů, když snadno lze udržovat i jiné materiály, kupř. kovy?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz č. 30

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ III. (20 ks JIP Pardubice)“ (na str. 4) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Budou zadavatelem připuštěna čela z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál čel, když i jiné materiály lze snadno čistit. Proč je požadován jen plast?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dále není zřejmé, zda má být každé lůžko s jiným dekorem, nebo si zadavatel dekor bude vybírat následně? V takovém případě klademe dotaz, kdy a za jakých podmínek budou dekory vybírány?

Odpověď:

Konkrétní množství jednotlivých dekorů budou určena po skončení soutěže před podpisem kupní smlouvy.

Dotaz č. 31

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ III. (20 ks JIP Pardubice)“ (na str. 5) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „integrované spustitelné dělené plastové postranice přes celou délku lůžka s funkcí tlumeného spouštění a s dodatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Budou zadavatelem připuštěna postranice z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál postranic. Proč je požadován jen plast? U jiných typů lůžek není materiál postranic předepsán, proč je předepsán zde?

Odpověď:

Obdobný dotaz byl již položen k Lůžku typ I. U jiných typů lůžek je v Závazných charakteristikách a požadavcích materiál postranic předepsán také.

NE - zadavatel nebude akceptovat jiný materiál postranic. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Bude zadavatelem připuštěna postranice z více dílů? Proč není připuštěna postranice z více dílů, když stejného účinku a bezpečnosti lze rovněž dosáhnout v takovém případě?

Odpověď:

V Závazných charakteristikách a požadavcích není určeno, z kolika dílů se musí postranice skládat (pouze, že musí být dělená) - z toho tedy je patrné, že postranice může být z více dílů a musí pokrývat celou délku lůžka.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz č. 32

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ III. (20 ks JIP Pardubice)“ (na str. 5) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno:

„pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítlnou“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno, aby v uvedeném ovladači nebyla integrována svítlna? Není zřejmé, proč musí být součástí svítlna, proč není připuštěn ovladač bez svítilny? Proč je požadována integrovaná svítlna?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 33

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ III. (20 ks JIP Pardubice)“ (na str. 5) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „držáky na infuzní stojan, hrazdu“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků na infuzní stojan. Kolik má být těchto držáků? Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků na hrazdu. Kolik má být těchto držáků?

Odpověď:

Ze závazných charakteristik a požadavků je zcela zřejmé, že lůžko musí obsahovat držák na infuzní stojan a držák na hrazdu tzn. min. 1 ks od každého (požadavek je na držáky -množné číslo - tedy celkem min. 2 ks)

Dotaz č. 34

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 6) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 46-80 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn zdvih lůžka i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč není připuštěno polohování jiným způsobem než jen pomocí elektromotoru, když stejného účinku a bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým zdvihem?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 35

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 6) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „čtyřdílná ložná plocha - zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného počtu dílů, kupř. třídílná nebo pětídílná? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný počet dílů.

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Bude zadavatelem připuštěno polohování zádového a stehenního dílu i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěna uvedená funkce jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým polohováním?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 36

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 6) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „ložná plocha z odnímatelných plast. dílů se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Budou zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Proč je požadován jen plast?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Není zřejmé, proč z jakého počtu dílů má být ložná plocha. Z kolika dílů může být ložná plocha? Postačí i jen jeden díl?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

V Závažných charakteristikách a požadavcích pro „Lůžko typ IV.“ je uvedeno: „čtyřdílná ložná plocha - zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů“ z toho je tedy zřejmé, že požadujeme ložnou plochu složenou ze čtyř dílů.

Dotaz č. 37

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 6) jsou v tabulce postupně uvedeny Závažné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotorů“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěna uvedená funkce jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým náklonem?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 38

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 6) jsou v tabulce postupně uvedeny Závažné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „snadno dostupné mechanické rychlopuštění zádového dílu (CPR)“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno snadno dostupné rychlopuštění zádového dílu (CPR) i jinak než mechanicky, kupř. pomocí elektromotoru? Proč je připuštěna uvedená funkce jen mechanicky, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i pomocí elektromotoru?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 39

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 6) jsou v tabulce postupně uvedeny Závažné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „čela s hliníkovým rámem“. K tomu pokládáme následující dotazy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Bude umožněno nabídnout lůžko s kovovým rámem? Proč je vyžadováno pouze čelo s hliníkovým rámem? Proč musí být právě z hliníku, když i jiné materiály mají stejné či obdobné vlastnosti?

Odpověď:

Dodavatel zřejmě přehlédl, že tento dotaz byl již položen a zodpovězen ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ ze dne 24.6.2020 - Dotaz č. 3.

Dotaz č. 40

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 6) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno:

„integrováné průběžné nebo dělené (přes celou délku lůžka) sklopné, spustitelné aretovatelné postranice z lehkého kovu“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Proč je vyžadován jako materiál pouze lehký kov, bude možné nabídnout uvedené postranice z jiného materiálu, kupř. z jiného kovu či plastu?

Odpověď:

NE -Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče a splňuje je více výrobců.

Dotaz č. 41

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 6) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „univerzální lišty a držáky na příslušenství“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Co jsou to univerzální lišty a držáky na příslušenství? Kolik má být těchto lišt? Kolik má být těchto držáků?

Odpověď:

Formulaci „univerzální držák“ používá tazatel i ve svých produktových listech. Jedná se o obecně zavedené označení, které není potřeba blíže specifikovat. Univerzální lišta (nebo též eurolišta) je obdobný příklad. Co se týče množství - podle uvedeného množného čísla (lišty a držáky) je patrné, že požadujeme min. 2 ks od každého.

Dotaz č. 42

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 6) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „držáky na infuzní stojan a hrazdu“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků na infuzní stojan. Kolik má být těchto držáků? Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků na hrazdu. Kolik má být těchto držáků?

Odpověď:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Ze závazných charakteristik a požadavků je zcela zřejmé, že lůžko musí obsahovat držák na infuzní stojan a držák na hrazdu, tzn. min. 1 ks od každého (požadavek je na držáky -množné číslo - tedy celkem min. 2 ks)

Dotaz č. 43

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ V. (12 ks KACHT Pardubice)“ (na str. 7) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn zdvih lůžka i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč není připuštěno polohování jiným způsobem než jen pomocí elektromotoru, když i mechanickým zdvihem lze dosáhnout rovnocenného účinku a bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 44

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ V. (12 ks KACHT Pardubice)“ (na str. 7) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „polohování zádového a stehenního dílu pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude zadavatelem připuštěno polohování zádového a stehenního dílu i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč není připuštěno polohování jiným způsobem než jen pomocí elektromotoru, když i mechanickým polohováním lze dosáhnout rovnocenného účinku a bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 45

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ V. (12 ks KACHT Pardubice)“ (na str. 7) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „polohování lýtkového dílu mechanicky“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude zadavatelem připuštěno polohování lýtkového dílu i jinak než mechanicky, kupř. pomocí elektromotoru? Proč není připuštěno polohování i jiným způsobem než jen mechanicky, když i polohováním pomocí elektromotoru lze dosáhnout rovnocenného účinku a bezpečnosti?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 46

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ V. (12 ks KACHT Pardubice)“ (na str. 7) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno:

„mechanické spuštění zádového dílu (CPR)“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno spuštění zádového dílu (CPR) i jinak než mechanicky, kupř. pomocí elektromotoru? Proč není připuštěno spuštění i jiným způsobem než jen mechanicky, když i spuštění pomocí elektromotoru lze dosáhnout rovnocenného účinku a bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 47

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ V. (12 ks KACHT Pardubice)“ (na str. 7) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „funkce TR/ATR min. 12° pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěna funkce TR/ATR min. 12° i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč není připuštěna uvedená funkce jiným způsobem než jen pomocí elektromotoru, když i pomocí mechanické funkce lze dosáhnout rovnocenného účinku a bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 48

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ V. (12 ks KACHT Pardubice)“ (na str. 7) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného počtu dílů, kupř. třídílná nebo pětídílná? Proč není připuštěn i jiný počet dílů, když lze dosáhnout s nimi rovnocenného účinku a bezpečnosti?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného materiálu dřív, kupř. kovu? Proč není připuštěn i jiný materiál dřív, když s ním lze dosáhnout stejně snadné údržby?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 49

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ V. (12 ks KACHT Pardubice)“ (na str. 7) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „odnímatelná čela, celoplastová se zámkem a barevnou výplní v různých dekorech“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Budou zadavatelem připuštěna čela z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál čel. Proč je požadován jen plast, když i s jinými materiály lze dosáhnout stejného účinku, bezpečnosti i údržby?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Není zřejmé, zda má být každé lůžko s jiným dekorem, nebo si bude zadavatel dekory následně vybírat? Kdy a jak si v takovém případě bude zadavatel, a za jakých podmínek, vybírat dekory?

Odpověď:

Konkrétní množství jednotlivých dekorů budou určena po skončení soutěže před podpisem kupní smlouvy.

Dotaz č. 50

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ V. (12 ks KACHT Pardubice)“ (na str. 8) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „univerzální lišty a držáky na příslušenství“. K tomu pokládáme následující dotazy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Co jsou to univerzální lišty a držáky na příslušenství? Nemí zřejmé, co jsou takové univerzální lišty a držáky na příslušenství. Nemí zřejmý minimální požadovaný počet lišt. Kolik má být těchto lišt? Nemí zřejmý minimální požadovaný počet držáků. Kolik má být těchto držáků?

Odpověď:

Formulaci „univerzální držák“ používá tazatel i ve svých produktových listech. Jedná se o obecně zavedené označení, které není potřeba blíže specifikovat. Univerzální lišta (nebo též eurolišta) je obdobný příklad. Co se týče množství - podle uvedeného množného čísla (lišty a držáky) je patrné, že požadujeme min. 2 ks od každého.

Dotaz č. 51

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ V. (12 ks KACHT Pardubice)“ (na str. 8) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „držáky na infuzní stojan, hrazdu“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Nemí zřejmý minimální požadovaný počet držáků na infuzní stojan. Kolik má být těchto držáků? Nemí zřejmý minimální požadovaný počet držáků na hrazdu. Kolik má být těchto držáků?

Odpověď:

Ze závazných charakteristik a požadavků je zcela zřejmé, že lůžko musí obsahovat držák na infuzní stojan a držák na hrazdu tzn. min. 1 ks od každého (požadavek je na držáky -množné číslo - tedy celkem min. 2 ks)

Dotaz č. 52

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 9) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 44-80 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn zdvih lůžka i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč není připuštěno polohování jiným způsobem než jen pomocí elektromotoru, když i mechanickým polohováním lze dosáhnout stejných účinků i bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 53

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 9) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plochy - tj. zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů“. K tomu pokládáme následující dotazy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Bude zadavatelem připuštěno polohování zádového a stehenního dílu i jinak než pomocí elektromotorů, kupř. mechanicky? Proč není připuštěno polohování jiným způsobem než jen pomocí elektromotoru, když i mechanickým polohováním lze dosáhnout stejných účinků i bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného počtu dílů, kupř. třídílná nebo pětídílná? Proč není připuštěn i jiný počet dílů, když i s jiným počtem lze dosáhnout stejného účinku a bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 54

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 9) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „mechanické spuštění zádového dílu (CRP)“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno spuštění zádového dílu (CRP) i jinak než mechanicky, kupř. pomocí elektromotoru? Proč není připuštěno spuštění jiným způsobem než jen mechanicky, když i pomocí elektromotoru lze dosáhnout stejných účinků i bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 55

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 9) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „funkce TR/ATR min. 13° pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěna funkce TR/ATR min. 13° i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč není připuštěna tato funkce jiným způsobem než jen pomocí elektromotoru, když i mechanicky lze dosáhnout stejných účinků i bezpečnosti?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 56

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 9) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „odnímatelná čela, celoplastová se zámkem a barevnou výplní v různých dekorech“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Budou zadavatelem připuštěna čela z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál čel. Proč je požadován jen plast?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Není zřejmé, zda má být každé lůžko s jiným dekorem, nebo si bude zadavatel dekory následně vybírat? Kdy a jak si v takovém případě bude zadavatel, a za jakých podmínek, vybírat dekory?

Odpověď:

Konkrétní množství jednotlivých dekorů budou určeny po skončení soutěže před podpisem kupní smlouvy.

Dotaz č. 57

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 9) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „integrováné spustitelné plastové postranice po celé délce lůžka s dodatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem a funkcí tlumeného spuštění“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Budou zadavatelem připuštěna postranice z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál postranic. Proč je požadován jen plast, když i jiné materiály mohou plnit stejnou úlohu v bezpečnosti, účinnosti a způsobilosti k čištění?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.



Bude zadavatelem připuštěny postranice jen po části délky lůžka? Proč mají být po celé délce lůžka, když obdobnou funkci a srovnatelnou účinnost a bezpečnost mohou plnit postranice jen po části délky lůžka?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 58

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 10) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Bezpečná zátěž min. 250 kg (vyšší nosnost výhodou)“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Není zřejmé, jakou výhodu má mít vyšší nosnost, když není předmětem hodnocení. O jakou výhodu jde?

Odpověď:

Jednalo se pouze o informativní sdělení, pro upřesnění tuto informaci zadavatel vypouští a zůstává pouze požadavek „Bezpečná zátěž min. 250 kg“

Dotaz č. 59

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 10) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „univerzální lišty a držáky na příslušenství“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Co jsou to univerzální lišty a držáky na příslušenství? Není zřejmé, co jsou takové univerzální lišty a držáky na příslušenství. Není zřejmý minimální požadovaný počet lišt. Kolik má být těchto lišt? Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků. Kolik má být těchto držáků?

Odpověď:

Formulaci „univerzální držák“ používá tazatel i ve svých produktových listech. Jedná se o obecně zavedené označení, které není potřeba blíže specifikovat. Univerzální lišta (nebo též eurolišta) je obdobný příklad. Co se týče množství - podle uvedeného množného čísla (lišty a držáky) je patrné, že požadujeme min. 2 ks od každého.

Dotaz č. 60

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 10) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „držáky na infuzní stojan, hrazdu (umístění v rohu lůžka výhodou)“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků na infuzní stojan. Kolik má být těchto držáků? Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků na hrazdu. Kolik má být těchto držáků?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

Ze závazných charakteristik a požadavků je zcela zřejmé, že lůžko musí obsahovat držák na infuzní stojan a držák na hrazdu, tzn. min. 1 ks od každého (požadavek je na držáky -množné číslo - tedy celkem min. 2 ks)

Není zřejmé, jakou výhodu má mít umístění v rohu lůžka, když není předmětem hodnocení. O jakou výhodu jde?

Odpověď:

Jednalo se pouze o informativní sdělení, pro upřesnění tuto informaci zadavatel vypouští a zůstává pouze požadavek „držáky na infuzní stojan, hrazdu“

Dotaz č. 61

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ II. (7 ks Litomyšl)“ (na str. 11) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 44-77 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn zdvih lůžka i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč není připuštěn zdvih jiným způsobem než jen pomocí elektromotoru, když i mechanickým zdvihem lze dosáhnout stejných účinků i bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 62

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ II. (7 ks Litomyšl)“ (na str. 11) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „čtyřdílná ložná plocha - zádivový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů, lýtkový mechanicky“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného počtu dílů, kupř. třídílná nebo pětídílná? Proč není připuštěn i jiný počet dílů, když lze dosáhnout stejné bezpečnosti a účinnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Bude zadavatelem připuštěno polohování zádového a stehenního dílu i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč není připuštěno polohování jiným způsobem než jen pomocí elektromotoru, když i mechanickým polohováním lze dosáhnout stejných účinků i bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Bude zadavatelem připuštěno polohování lýtkového dílu i jinak než mechanicky, kupř. pomocí elektromotoru? Proč není připuštěno polohování jiným způsobem než jen mechanicky, když i polohováním pomocí elektromotoru lze dosáhnout stejných účinků i bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 63

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ II. (7 ks Litomyšl)“ (na str. 11) jsou v tabulce postupně uvedeny Závažné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 14° pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 14° i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč není připuštěn náklon jiným způsobem než jen pomocí elektromotoru, když i mechanickým náklonem lze dosáhnout stejných účinků i bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 64

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ II. (7 ks Litomyšl)“ (na str. 11) jsou v tabulce postupně uvedeny Závažné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „snadno dostupné mechanické rychlopusštění zádového dílu (CPR)“. K tomu pokládáme následující dotaz:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Bude zadavatelem připuštěno snadno dostupné rychlospuštění zářivky (CPR) i jinak než mechanicky, kupř. pomocí elektromotoru? Proč není připuštěna uvedená funkce jiným způsobem než jen mechanicky, když i rychlospuštěním pomocí elektromotoru lze dosáhnout stejných účinků i bezpečnosti?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 65

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ II. (7 ks Litomyšl)“ (na str. 11) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „odnímatelná čela, celoplastová se zámkem a barevnou výplní v různých dekorech“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Budou zadavatelem připuštěna čela z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál čel. Proč je požadován jen plast, když i ostatní materiály mohou mít srovnatelné účinky, bezpečnost a mohou být snadno čistitelné a udržované?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Není zřejmé, zda má být každé lůžko s jiným dekorem, nebo si bude zadavatel dekory následně vybírat? Kdy a jak si v takovém případě bude zadavatel, a za jakých podmínek, vybírat dekory?

Odpověď:

Konkrétní množství jednotlivých dekorů budou určena po skončení soutěže před podpisem kupní smlouvy.

Dotaz č. 66

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ II. (7 ks Litomyšl)“ (na str. 11) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „pacientský ruční ovladač na krouceném kabelu s integrovanou svítilnou“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno, aby v uvedeném ovladači nebyla integrována svítilna? Není zřejmé, proč musí být součástí svítilna, proč není připuštěn ovladač bez svítilny? Proč je požadována integrovaná svítilna?

Odpověď:

NE - dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 67

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ II. (7 ks Litomyšl)“ (na str. 11) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „univerzální lišty a držáky na příslušenství“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Co jsou to univerzální lišty a držáky na příslušenství? Není zřejmé, co jsou takové univerzální lišty a držáky na příslušenství. Není zřejmý minimální požadovaný počet lišt. Kolik má být těchto lišt? Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků. Kolik má být těchto držáků?

Odpověď:

Formulaci „univerzální držák“ používá tazatel i ve svých produktových listech. Jedná se o obecně zavedené označení, které není potřeba blíže specifikovat. Univerzální lišta (nebo též eurolišta) je obdobný příklad. Co se týče množství - podle uvedeného množného čísla (lišty a držáky) je patrné, že požadujeme min. 2 ks od každého.

Dotaz č. 68

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ II. (7 ks Litomyšl)“ (na str. 12) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „držáky na infuzní stojan a hrazdu“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků na infuzní stojan. Kolik má být těchto držáků? Není zřejmý minimální požadovaný počet držáků na hrazdu. Kolik má být těchto držáků?

Odpověď:

Ze závazných charakteristik a požadavků je zcela zřejmé, že lůžko musí obsahovat držák na infuzní stojan a držák na hrazdu, tzn. min. 1 ks od každého (požadavek je na držáky - množné číslo - tedy celkem min. 2 ks)

Dotaz č. 69

Z odpovědi na dotaz č. 1 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 není zřejmé, proč zadavatel nevyhověl navrhovanému technickému řešení, pokládáme následující dotaz:

Bude možné nabídnout jednoduché 3/4 kovové lakované sklopné postranice s bezpečným mechanismem pro sklopení zábran s možností doplnění dodatečného dílu postranice pro pokrytí celé délky lůžka?

Uvedené technické řešení je bezpečné, plní stejnou funkci a má stejnou účinnost jako řešení „integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spouštění a s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem“) uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks - 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 2), Závazné charakteristiky a požadavky. Uvedené technické řešení je vyhovující a mělo by být akceptováno.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Jaké jsou důvody pro odmítnutí navrhovaného technického řešení? Proč nelze navrhované technické řešení akceptovat?

Odpověď:

Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 70

Z odpovědi na dotaz č. 2 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 není zřejmé, proč zadavatel nevyhověl navrhovanému technickému řešení, pokládáme tak následující dotaz:

Bude možné nabídnout lůžko vnějšího rozměru maximálně 219 x 110 cm?

Navržené technické řešení je bezpečné, plní stejnou funkci a má stejnou účinnost jako řešení „vnější rozměr lůžka maximálně 219 x 105 cm“ uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 5), Závažné charakteristiky a požadavky. Navržené technické řešení je vyhovující a mělo by být akceptováno.

Jaké jsou důvody pro odmítnutí navrhovaného technického řešení? Proč nelze navrhované technické řešení akceptovat?

Odpověď:

Důvodem je stavební dispozice Geriatrického centra Pardubické nemocnice, kde není dostatečná šíře dveří pro průjezd lůžka s vnějším rozměrem 110 cm.

Dotaz č. 71

Z odpovědi na dotaz č. 3 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je zřejmé, že mimo čela s hliníkovým rámem zadavatel umožní nabídnout čela s kovovým rámem, a tak pokládáme následující dotaz:

Bude možné nabídnout lůžko s Technickým parametrem u položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ IV. (5 ks Geriatrie Pardubice)“ (na str. 5), Závažné charakteristiky a požadavky, též lůžko s čelem s rámem z jiného materiálu, než je kov nebo hliník?

Odpověď:

Dotaz č. 3 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se týkal možnosti nabídnout čela s kovovým rámem a toto řešení bylo ze strany zadavatele akceptováno.

Další materiály zadavatelem akceptovány nebudou.

Dotaz č. 72

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 9) jsou v tabulce postupně uvedeny Závažné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Automatická laterální rotační terapie“. Z



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

odpovědi na dotaz č. 9 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 není zřejmé, proč zadavatel nevyhověl navrhovanému technickému řešení, pokládáme tak následující dotaz:

Bude možné nabídnout lůžko, jehož integrovanou součástí je laterální rotační terapie, nebo postačí, aby laterální rotační terapie byla řešena pomocí aktivní antidekubitní matrace, která tuto funkci rovněž má?

Odpověď:

Obdobný dotaz již byl zodpovězen ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Dotaz č. 9“, kde je patrné, že bude akceptovaná pouze možnost laterální terapie na lůžku (nikoliv na matraci).

Navržené technické řešení je bezpečné, plní stejnou funkci a má stejnou účinnost jako řešení „Automatická laterální rotační terapie“, když i navrhované technické řešení je přímo na lůžku, které není bez matrace vhodné k užívání pacienty. Navržené technické řešení je vyhovující a mělo by být akceptováno.

Jaké jsou důvody pro odmítnutí navrhovaného technického řešení? Proč nelze navrhované technické řešení akceptovat?

Odpověď:

Důvodem je, že tato lůžka budou používána i bez aktivní matrace, a pokud by funkce laterální terapie nebyla přímo na lůžku, tak by v případě použití pasivní matrace nebylo možné laterální terapii využít.

Dotaz č. 73

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky - technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12 ks ARO Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 9) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Laterální náklon min. 30°“. Z odpovědi na dotaz č. 10 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 není zřejmé, zda zadavatel vyhověl či nevyhověl navrhovanému technickému řešení a jak ho zdůvodnil, pokládáme tak následující dotaz:

Bude možné nabídnout lůžko s laterálním náklonem max. 22°? I největší výrobci nemocničních lůžek vyrábí lůžka s laterálním náklonem max. 25°, větší úhel náklonu je na hranici bezpečnosti pro pacienta, hrozí totiž jeho pád či překlacení.

Navržené technické řešení je bezpečnější, plní stejnou funkci a má stejnou účinnost jako řešení „Laterální náklon min. 30°“. Navržené technické řešení je vyhovující a mělo by být akceptováno, avšak není zřejmé, zda zadavatel upravil uvedený technický parametr či nikoli, když zadavatel uvedl, že „z medicínského hlediska lze akceptovat toleranci +/- 5°“. Došlo k úpravě uvedeného parametru nebo jde „jen“ o medicínský pohled?

Pokud nedošlo k úpravě uvedeného parametru, jaké jsou důvody pro odmítnutí navrhovaného technického řešení? Proč nelze navrhované technické řešení akceptovat, když je bezpečnější pro pacienta s obdobnými účinky?

Odpověď:

K úpravě uvedeného parametru došlo ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ uvedením tolerance +/- 5 °

Dotaz č. 74

S ohledem na upravený text technické kvalifikace, který v bodě 4.4 Technická kvalifikace Zadávací dokumentace Veřejné zakázky po její změně ze dne 24. června 2020 (viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1) mj. zní: „Seznam



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

nejméně tří významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za významnou dodávku je považována dodávka samostatných lůžek či lůžek, matrací a stolků v minimální hodnotě 10 mil. Kč bez DPH. (zadavatel upozorňuje, že dodávka samostatných matrací či stolků nebude považována za významnou dodávku dle výše uvedené specifikace).“, pokládáme tento dotaz:

Bude zadavatel jako referenční zakázku považovat i situaci, kdy bylo dodáno pouze jedno samostatné lůžko a dále již jen matrace a noční stolky?

Bude zadavatel jako referenční zakázku považovat i situaci, kdy bylo dodáno pouze samostatná lůžka a dále již jen matrace a nikoli noční stolky?

S ohledem na to, že technická kvalifikace je v tomto bodě nejasná, měla by být upravena tak, aby bylo zřejmé, co lze považovat za referenční zakázku.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat situaci, kdy bylo dodáno pouze jedno samostatné lůžko a dále již jen matrace a noční stolky.

Ano, zadavatel bude akceptovat i situaci, kdy byla dodána samostatná lůžka a jen matrace a nikoliv noční stolky.

Zadavatel stanovil v rámci zadávací dokumentace, že nebude akceptovat dodání pouze matrací a stolků. Minimální počet lůžek nestanovil.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 27. 8. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem.

Mgr. Kateřina Koláčková