



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:	Operační stoly
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjovská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 5. srpna 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí v příloze Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky část 2, technické parametry - Operační stůl pro COS Orlickoústecké nemocnice - 2 ks, závazné charakteristiky, možnost uložení min. 10 předvolených nastavení operačního stolu do paměti.

Ptáme se, k jakému medicínskému účelu slouží možnost uložení min. 10 předvolených nastavení operačního stolu do paměti? Z průzkumu trhu víme, že takovou možnost nabízí pouze jedna společnost na českém trhu. Z praxe víme, že poloha stolu je vždy šitá na míru konkrétnímu pacientovi a zákroku. Proto se pozastavujeme nad tím, proč chce min. 10 předvolených nastavení v paměti operačního stolu. Námi nabízené řešení ovládání operačního stolu od renomovaného německého výrobce je velice intuitivní a poloha op. stolu se nastavuje ad hoc. Ptáme se, zda-li bude zadavatel akceptovat operační stůl bez možnosti uložení předvolených nastavení operačního stolu do paměti.

Odpověď:

Zadavatel v současné době považuje za nutné možnost uložení alespoň 5-ti pozic pacienta. Polohování pacienta v předem jasných, opakovaných a standardizovaných pozicích pacienta je tak ergonomické, efektivní a zejména maximálně bezpečné. Zadavatel trvá na možnosti uložení alespoň 5-ti pozic pacienta, což splňuje více výrobců operačních stolů.

Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí v příloze Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky část 2, technické parametry - Operační stůl pro COS Orlickoústecké nemocnice - 2 ks, závazné charakteristiky, Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu 25°/35°.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Námi nabízené řešení Trendelenburg/Antitrendelenburg je v rozsahu 30°/30°. Námi nabízené řešení je posunuté o úhel 5°. Dohromady splňujeme rozsah 60°. Bude zadavatel akceptovat úhel Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v rozsahu 30°/30°.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat možnost polohování v pozicích Trendelenburg/anti-Trendelenburg v hodnotách +30°/-30° - elektricky.

Dotaz č. 3

Zadavatel uvádí v příloze Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky část 2, technické parametry - Operační stůl pro COS Orlickoústecké nemocnice - 2 ks, závazné charakteristiky, kombinace Trendelenburgové polohy a náklonu min. 25°/20°.

Zadavatel uvádí „kombinace Trendelenburgové polohy a náklonu min. 25°/20°“ Ptáme se o jaký náklon se jedná? Tento náklon není jasně pojmenován. Ptáme se, k jaké ose je vztažený úhel 25°/20°?

Odpověď:

Zadavatel požaduje možnost kombinovat současně polohování Trendelenburg min. 25° a boční náklon min. 20°.

Dotaz č. 4

Zadavatel uvádí v příloze Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky část 2, technické parametry - Operační stůl pro COS Pardubické nemocnice - 1 ks a COS Orlickoústecké nemocnice – 1 ks, závazné charakteristiky, výškové nastavení v rozmezí min. 670 - 1270 mm.

Pro jaký medicínský účel potřebuje zadavatel výškově nastavovat stůl do výšky 1270 mm? Námi nabízené výškové nastavení v rozmezí 580 - 1100 mm je vyhovující pro veškeré typy operačních zákroků. Bude zadavatel akceptovat výškové nastavení operačního stolu od renomovaného německého výrobce v rozmezí min. 580 - 1100 mm?

Odpověď:

Zadavatel specifikoval účel použití v úvodní charakteristice technické specifikace operačních stolů. Zadavatel pro číselný parametr výškového nastavení v rozmezí min. 670 - 1270 mm bude v rámci tolerance 10% akceptovat snížení číselných údajů spodní i horní hranice výškového nastavení operačního stolu (tj. minimální rozmezí výškového nastavení, které bude akceptováno zadavatelem je 603 - 1143 mm). Tuto požadovanou hodnotu splňuje v současné době více výrobců.

Dotaz č. 5

Zadavatel uvádí v příloze Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky část 2, technické parametry - Operační stůl pro COS Pardubické nemocnice - 1 ks a COS Orlickoústecké nemocnice – 1 ks, závazné charakteristiky, ovladač kabelový: ovladač s displejem a komunikací v českém jazyce, výškové polohování, trendelenburg, antitrend., naklápění do stran, polohování zádové sekce a podložek nohou, zobrazení stavu nabití baterie stolu

Námi nabízené řešení ovladače od renomovaného německého výrobce má popisky v anglickém jazyce, jedná se o základní terminologii, která je v povědomí zdravotnického personálu. Bude zadavatel akceptovat ovladač s popisky v anglickém jazyce?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče za předpokladu, že ovladač bude obsahovat piktogram u každého tlačítka.

Dotaz č. 6

Dotaz k technické specifikaci pro část č.2 - Operační stoly pro Pardubickou a Orlickoústeckou nemocnici.

Zadavatel požaduje v technických parametrech pro operační stůl Orlickoústecké nemocnice (2ks):
- Maximální šířku operační desky 590mm. V jiné části VZ však také požaduje operační stůl s maximální šířkou 600mm. Může uchazeč nabídnout pro obě zdravotnická zařízení operační stůl s maximální šířkou desky 600mm?

Odpověď:

Ano. Zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

Dotaz č. 7

Zadavatel požaduje v technických parametrech pro operační stůl pro Pardubickou a Orlickoústeckou nemocnici (á 1ks):

- Výškové nastavení 670-1270mm. Uchazeč se domnívá, že pokud jsou stoly určeny primárně (dle specifikovaného příslušenství) pro ortopedii , kdy může být pro chirurgy zajímavá nejnižší hodnota 600mm,může nabídnout hodnoty výškového zdvihu 600-1150mm. Bude zadavatel akceptovat výškovou hodnotu nastavení 600-1150?

Odpověď:

Zadavatel pro číselný parametr výškového nastavení v rozmezí min. 670 - 1270 mm bude v rámci tolerance 10% akceptovat snížení číselných údajů spodní i horní hranice výškového nastavení operačního stolu (tj. minimální rozmezí výškového nastavení, které bude akceptováno zadavatelem je 603 - 1143 mm). Tuto požadovanou hodnotu splňuje v současné době více výrobců.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 7. 9. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková