



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	RDG vybavení pro NPK, a.s.
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 13. srpna 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Dovolujeme si zaslat dotaz k veřejné zakázce „RDG vybavení pro NPK, a.s., 1. část - Denzitometr. Součástí zadávací dokumentace je Příloha č. 3, Licenční a kupní smlouva. Svým obsahem je tato smlouva určena pouze pro část 5. veřejné zakázky a je takto i koncipována. Může zadavatel poskytnout vzor smlouv i pro 1. část - Dezitometr?

Odpověď:

Zadavatel se tímto omlouvá a zveřejňuje v rámci profilu zadavatele kupní smlouvu pro části 1 - 4 veřejné zakázky. Účastníci, kteří podávají svou nabídku do těchto částí jsou povinni vycházet z této kupní smlouvy.

ZADAVATEL DÁLE UPŘESŇUJE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NÍŽE UVEDENÝM ZPŮSOBEM:

- Zadavatel upřesňuje respektive doplňuje čl. 13 bod 2 kupní smlouvy níže uvedeným způsobem: „Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy včetně všech příloh a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.“*
Upravený návrh smlouvy bude podepsán s vybraným dodavatelem.
- Zadavatel v části 4 stanovil požadavek: „Detektor jako volný je dále plně kompatibilní se stávajícími analogovými pojízdnými přístroji na pracovišti zadavatele, kdy bude dodán přenosný počítač (notebook), na kterém bude možnost bezdrátově „vyvolat“ náhled zhotoveného snímku přímo u lůžka pacienta a odeslat do PACS“* Zadavatel upřesňuje, že stávající analogové pojízdné přístroje jsou: Shimadzu Mobile Art Evolution výrobce Shimadzu Corporation.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TO O CELOU PŮVODNÍ DÉLKU. NOVĚ STANOVENÍ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V RÁMCI VŠECH ČÁSTÍ JE DO 15. 9. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková