



- Legenda:
- Stávající zdivo a konstrukce
  - nové prvky
  - nová technologie
  - nová trasa elektropřípojky

budova č. 14, MAMO, 2.NP				
č. místnosti	využití místnosti	soupis stavebních prací	výměry	jednotky
222	MAMOGRAF	Nový mamograf připojit na stávající ovládací pojisktovou skříň		
		Nová trasa pro vedení napájecího kabelu od elektrorozvaděče do stávající pojistkové skříně. Viz PD elektro.	25	m
		Oprava omítek po realizaci kabeláže - nutné barytové omítky		
		Místnost bude vymalována	61	m2
		Parapetní žlab 100x50 od Mamo ke stolu s PC	6,5	m
		Ochranné plastové úhelníky na ochranu vnějších rohů. Referenční výrobek Acrovyn SO50 - 1,5m	3	ks
Pozn. Propojení silnoproudu a slaboproudu v kabelovém žlabu je součástí dodávky technologie.				
V tabulce uvedené výměry jsou předběžné podklady pro rozpočet a výkaz výměr. Přesné výměry a rozměry je nutno před výrobou zaměřit dle skutečného stavu. Provedení výrobků bude před objednáním upřesněno investorem.				

# NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 04 PARDUBICE

## SO 04.2 - MAMOGRAF

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:			Č.paré	
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Objednatel:			Autorizováno	
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
	<div><div><div>Zodpovědný projektant</div><div>Ing. Otakar VAŠÁK</div><div>PODPIS</div></div><div><div><div>Hlavní inženýr projektu</div><div>Ing. Otakar VAŠÁK</div><div>PODPIS</div></div><div><div>Kreslil</div><div>J. Třasák</div><div>PODPIS</div></div></div></div>				
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant			Autorizováno	
	Vypracoval				
	Kreslil				
	Ing. Otakar VAŠÁK				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	Ing. Otakar VAŠÁK			M 1:50	
	PODPIS				
	PODPIS				
	PODPIS				
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
stupeň dokumentace:		profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřitko:
JPD		D.2.1 stav	04.2020	04.2020	
zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:
62008		SO04.2_Půdorys 2.NP - MAMO - nový stav			D 2.1.3

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
č. místnosti	využití místnosti	výměra	podlaha	stěny	strop
219	SVLÉKACÍ BOX I.	1.75 m2	antistatické PVC		
220	SVLÉKACÍ BOX II.	1.72 m2	antistatické PVC		
222	VYŠETŘOVNA mamograf	21 m2	antistatické PVC	barytová omítka	rastrový kazetový pdhled