



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:
Operační svítidla

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 21. 8. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V příloze č.4 zadávací dokumentace - technické parametry pro hlavní a satelitní svítidlo zadavatel požaduje:

Dotaz č. 1

světlo s plynule nastavitelnou barevnou teplotou min 3600°K a více, s rozsahem min. 1000 °K

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat operační svítidla s krokově nastavitelnou barevnou teplotou v 5ti krocích 3750 - 4750 °K?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídnuté řešení.

Dotaz č. 2:

V příloze č.4 zadávací dokumentace - technické parametry pro hlavní a satelitní svítidlo zadavatel požaduje:

Dotaz č. 2

samostatně regulovatelná intenzita min. v rozmezí 30 - 100%

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat svítidlo s regulací intenzity 50 - 100 %?



Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídnuté řešení.

Doplňující informace:

Ihned po ukončení veřejné zakázky bude vítěznému dodavateli umožněna prohlídka jednotlivých pracovišť pro ověření kotevních prvků, elektro připojení, zálohování a prostorových možností tak, aby dodavatel mohl zajistit v rámci dodávky kompletní instalaci a zprovoznění operačních světel vč. příp. odpovídající kabeláže, rozebrání a složení stopních prvků apod.)

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 22. 9. 2020 DO 11:00 HOD.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.