



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 7
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (dle § 3 písm. b) zákona
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 24. srpna 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce

Dotaz č. 1:

Položka veřejné zakázky: Chladicí plotna

Digitální ovládání –Je nutné digitální nastavení teplot za všech okolností? Analogové ovládání je z technického hlediska spolehlivějším řešením. Bude akceptováno kombinované řešení - digitální nastavení teplot chladicí desky při napojení na zalévací modul stejného typu + analogové nastavení teploty otočným regulátorem při samostatně umístěné chladicí plotně mimo zalévací linku? Z naší zkušenosti víme, že chladicí deska bývá pevně nastavena na nejnižší možnou teplotu a chladicí regulace není využívána, proto nepovažujeme za podstatné typ regulace, jakým se teplota nastavuje.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat řešení dodavatele.

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK DO 29. 9. 2020 DO 10:00 HODIN.**

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková