



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 6
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (dle § 3 písm. b) zákona
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 24. srpna 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce

Dotaz č. 1:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 2 VZ analyzátor moči a sedimentu

Náš dotaz zní následovně:

V kapitole Technické parametry je požadována tiskárna a čtečka čárových kódů - bude zadavatel akceptovat nabídku močového analyzátoru, ke kterému bude dodána zdarma externí tiskárna a integrovaná čtečka čárových kódů? Není nám známo, že by se na českém trhu nabízel analyzátor moči a močového sedimentu, který by měl integrovanou tiskárnu přímo do samotného přístroje.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat řešení dodavatele.

ZADAVATEL DÁLE AKTUALIZUJE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NÍŽE UVEDENÝM ZPŮSOBEM.

PŮVODNÍ TEXTACE BOD 4.4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Číslo části	Název části veřejné zakázky	Minimální rozsah významné dodávky pro danou část veřejné zakázky
1.	Močový analyzátor	Nejméně 1 významná dodávka jednoho nebo více močových analyzátorů v min. hodnotě 1 000 000,- Kč bez DPH.

2.	Analyzátor moči a sedimentu	Nejméně 1 významná dodávka jednoho nebo více analyzátorů moči a sedimentu v min. hodnotě 750 000,- Kč bez DPH.
3.	Imunochemický analyzátor	Nejméně 1 významná dodávka jednoho nebo více imunochemických analyzátorů v min. hodnotě 600 000,- Kč bez DPH.

NOVÁ TEXTACE:

Číslo části	Název části veřejné zakázky	Minimální rozsah významné dodávky pro danou část veřejné zakázky
1.	Močový analyzátor	Nejméně 1 významná dodávka laboratorních přístroje / přístrojů v min. hodnotě 1 000 000,- Kč bez DPH.
2.	Analyzátor moči a sedimentu	Nejméně 1 významná dodávka laboratorních přístroje / přístrojů v min. hodnotě 750 000,- Kč bez DPH.
3.	Imunochemický analyzátor	Nejméně 1 významná dodávka laboratorních přístroje / přístrojů v min. hodnotě 600 000,- Kč bez DPH.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 29.9.2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková