



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Ultrazvukové přístroje 1
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (dle § 3 písm. b) zákona
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 24. srpna 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů se 2 aktivními vstupy na sondy?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele, pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez dotykového panelu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele, pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 3:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez nastavitelné výšky ovládacího panelu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele, pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 4:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez stranově stavitelného panelu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele, pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 5:

Bude zadavatel akceptovat alespoň u jednoho z nabízených přístrojů manuální nastavení TGC pomocí HW tlačítek na ovládacím panelu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele, pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 6:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez editovatelné nabídky na dotykovém panelu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele, pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 7:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez integrovaného ohřívače gelu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele, pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 8:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez barevného mapování s 3D efektem?



Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci

Dotaz č. 9:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez výše popsaných funkcí pro 3D/4D zobrazení?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 10:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez manuálního naklápění 2D skenové výseče na všech 4D sondách ve 2D režimu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 11:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez 3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 12:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez možnosti rozšíření o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur)?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci

Dotaz č. 13:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez možnosti rozšíření o kontrastní vyšetření průchodnosti vejcovodů – metoda HyCoSy?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci

Dotaz č. 14:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez možnosti rozšíření o IOTA-ADNEX protokolu integrovaného do systému přístroje?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci

Dotaz č. 15:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez automatického měření NT ve 2D?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci

Dotaz č. 16:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez možnosti rozšíření o SW pro rozměření CNS ze 3D?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 17:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez možnosti rozšíření o SW pro hodnocení fetálního srdce v 3D v 9 rovinách?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.



Dotaz č. 18:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů s ČB termo tiskárnou na místo foto tiskárny?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 19:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez možnosti připojení 3D/4D elektronických multifrekvenčních nebo širokopásmových sond (s možností změny vysílací frekvence) s mechanickým řízením?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 20:

Bude zadavatel akceptovat alespoň jeden z nabízených přístrojů bez automatického měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,FL)?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 21:

Bude zadavatel akceptovat alespoň u jednoho z nabízených přístrojů 2D konvexní sondu s fr. rozsahem 2-8MHz na místo požadované 3D/4D konvexní sondy?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

Dotaz č. 23:

Bude zadavatel akceptovat alespoň u jednoho z nabízených přístrojů 2D vaginální mikrokonvexní sondu s fr. Rozsahem 4-9MHz na místo požadované 3D/4D vaginální mikrokonvexní sondy?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dle dotazů dodavatele pouze u jednoho UZ přístroje pro gynekologii Chrudimské nemocnice a u druhého UZ přístroje požaduje dodržet původní technickou specifikaci.

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK DO 29.9.2020 DO 10:00 HODIN.**

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková