

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**Název veřejné zakázky:**  
**Dovybavení pracoviště PET/CT**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Režim veřejné zakázky:** zjednodušené podlimitní řízení  
**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 26. 8. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1:

V souvislosti s naší uvažovanou účastí v podlimitní VZ - "Dovybavení pracoviště PET/CT", část 1, Dozimetrický systém pro RDG oddělení, pracoviště PET/CT Pardubické nemocnice, si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadací dokumentace:

V textu Přílohy č. 2 ZD - Technické podmínky část 1 je uveden následující požadavek:

#### **Čtečka pro digitální dozimetry - terminál - 1 ks**

vestavěný Průmyslový panelový počítač - řídí činnost celého systému a komunikuje s nadřazeným systémem (systémem SEOD-MP či jiným). Zahrnuje dotykový displej pro komunikaci s uživatelem. Čtečka (čtečky) dozimetrů - komunikují s vloženým dozimetrem. **Jeden terminál s možností více čteček pro různé typy dozimetrů různých výrobců.** Komponenty terminálu uzavřeny v kompaktním kovovém obalu. Osoby vstupující do nebo vystupující z kontrolovaného pásma se identifikují pomocí svých identifikačních karet, čárových kódů nebo čipů. Další možností identifikace je vložení osobního identifikačního kódu a hesla pomocí dotykového displeje. Terminál ověří, zda jsou platné podmínky pro vstup do KP (platné povolení, nepřekroč. max. povolená dávka atd.)

Dotaz:

Je opravdu požadováno: "...Jeden terminál s možností více čteček pro různé typy dozimetrů různých výrobců..." ?

Je možno specifikovat pro jaké typy dozimerrů a od jakých výrobců ?

Pokud zadání chápeme správně, je požadován 1 ks terminálu s univerzální čtečkou pro různé typy dozimetrů různých výrobců. Na základě našich zkušeností se domníváme, že takový systém neexistuje.

**Odpověď:**

Zadavatel požaduje univerzální čtečku dozimetru a to ve smyslu, dodání čtečky dozimetru firmy MPG, jako řešení vhodné pro používané řešení v NPK, a.s., případně rozšiřitelné o terminál pro čtení dozimetrů i od jiných firem např.: Thermo.

Zadavatel výslovně trvá na požadavcích uvedených na vlastnosti terminálu tak jak jsou např. uvedeny:

*Terminál ověří, zda jsou platné podmínky pro vstup do KP (platné povolení, nepřekroč. max. povolená dávka atd.)*

a další.

**ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 15. 9. 2020 DO 11:00 HOD.**

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.