



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky: **Operační svítidla**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 27. 8. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz

Zadavatel požaduje u hlavního i satelitního operačního svítidla plynule nastavitelnou barevnou teplotu min. 3600 °K a více, s rozsahem min. 1000 °K.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat operační svítidla s možností změny barevné teploty ve dvou krocích 3800 a 4500 °K při splnění všech ostatních požadovaných parametrů?

### Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat dodavatelem navrhované snížení technické úrovně operačních světel, resp. snížení rozsahu nastavitelnosti a ovládání barevné teploty.

**Z důvodu, že zadavatel uveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 jeden den po uplynutí 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 30. 9. 2020 do 11:00 hod.**